

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI TAC E SISTEMI A
RISONANZA MAGNETICA PER I FABBISOGNI DI ALCUNE AZIENDE SANITARIE
DELLA REGIONE DEL VENETO**

**VERBALE DEL 27 OTTOBRE 2015
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 27 del mese di ottobre dell'anno 2015, alle ore 14:00 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara, mediante procedura aperta, per la fornitura di Sistemi TAC e Sistemi a Risonanza Magnetica per i fabbisogni di alcune Aziende Sanitarie della Regione Veneto, gara indetta con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 29 del 12.03.2015, modificata con successivo decreto n. 44 del 30.04.2015.

La Commissione, nominata con decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 67 del 28.07.2015, risulta così composta:

Presidente: Dott. Daniele Donato Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera di Padova;

Componente: Dott. Ernesto Bissoli Direttore dell'U.O.C. Radiologia presso il Presidio Ospedaliero di Camposampiero dell'Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana;

Componente: Dott. Sergio Savastano Direttore dell'U.O.C. Radiologia presso l'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza;

Componente: Ing. Angelo Udilano Direttore dell'U.O.C. Ingegneria Clinica presso l'Azienda Ospedaliera di Padova;

Componente: Ing. Alessandro Reolon Direttore dell'U.O.C. Ingegneria Clinica presso l'Azienda ULSS n. 1 di Belluno.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede con la disamina della documentazione tecnica presentata dalle ditte ammesse alla gara per il **lotto n. 4 (Sistema TAC a doppia energia con numero di strati superiore a 128 per il P.O. di Padova)**.

Dalla documentazione si rileva che le ditte offrono le seguenti apparecchiature:

Ditta concorrente	GE Medical Systems Spa	Philips Spa	Siemens Spa	Toshiba Medical Systems Srl
Ditta produttrice	GE MEDICAL SYSTEMS LLC, WAUKESHA, USA	Philips	Siemens AG	TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS CORPORATION
Modello	REVOLUTION GSI	Brilliance iCT 256 slice Elite	SOMATOM Definition Edge	AQUILION ONE
Anno di immissione sul mercato ultima	2015	2015	2014	2015

versione				
Generazione	Terza generazione	Terza generazione	Terza generazione	Terza generazione
Numero di repertorio	1225660	62848/R	1083806/R	668087/R
CND	Z11030604	Z11030604	Z11030603	Z11030604

La Commissione procede con l'analisi dei questionari tecnici presentati dalle ditte e verifica la corrispondenza dei dati indicati nel questionario tecnico con quelli presenti nella documentazione prodotta, relativa alle apparecchiature offerte.

Dall'analisi della documentazione la Commissione rileva che le apparecchiature offerte dalle ditte partecipanti al lotto (GE MEDICAL Systems spa, PHILIPS spa, SIEMENS spa, Toshiba Medical Systems srl) possiedono le caratteristiche tecniche costituenti requisiti minimi, a pena di esclusione, così come richiesti dall'art. 3 del Capitolato tecnico.

La Commissione prosegue con la verifica della documentazione prodotta con riferimento ad esecuzione lavori, consegna ed installazione, collaudo, integrazione nell'ambiente del sistema informativo, formazione del personale; dall'analisi emerge che entrambe le ditte hanno presentato progetti in linea con le richieste del capitolato tecnico di gara.

La Commissione prosegue con la verifica della documentazione prodotta con riferimento al servizio di assistenza tecnica; dall'analisi emerge che entrambe le ditte hanno predisposto un progetto che garantisce un servizio in linea con le richieste del capitolato.

La Commissione rinvia il seguito della valutazione qualitativa delle offerte relative al lotto 4 a seduta successiva.

Nell'impossibilità di terminare la valutazione qualitativa dei lotti di gara, alle ore 17:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 09:30 del 10.11.2015 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, per proseguire l'attività di valutazione qualitativa dei prodotti presentati dalle ditte ammesse alla gara.

Il Presidente della Commissione conserva le Buste 2 "Documentazione Tecnica" in idoneo locale, presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:

I COMPONENTI:

