



Spett.le Regione Veneto
Direzione Risorse strumentali SSR – CRAV
U.O. Acquisti Centralizzati SSR
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901
30123 Venezia

N. Prot. CME/FT/047-17

Ancona, 20/02/2017

Oggetto: Consultazione del mercato finalizzata alla raccolta di informazioni per la predisposizione della documentazione tecnica relativa alla gara regionale per il servizio integrato per la gestione e assistenza tecnica delle apparecchiature biomediche in favore di Aziende sanitarie della Regione del Veneto e dell'I.R.C.S.S. I.O.V.

Con la presente la Scrivente CME Società Cooperativa Consortile manifesta il proprio interesse ad essere invitata alla procedura aperta per l'affidamento del servizio integrato per la gestione e assistenza tecnica delle apparecchiature biomediche in favore delle aziende sanitarie della Regione del Veneto e dell'IRCCS IOV.

Inoltre a seguito di pubblicazione in data 20 Gennaio 2017, della documentazione tecnica relativa alla gara regionale in oggetto, siamo a comunicare le seguenti osservazioni.

- All'articolo A3 Verifiche di sicurezza elettrica della bozza del capitolato speciale d'appalto (di seguito CSA) si legge che la periodicità dovrà essere annuale per tutte le apparecchiature in aree critiche o con parti applicate, biennale per tutte le altre. Si chiede a titolo esemplificativo se le apparecchiature radiologiche non aventi parti applicate rientrano tra le apparecchiature con periodicità biennale.
- All'articolo A9 Sistema informatico - informativo della bozza del CSA si legge che il software di gestione informatizzata proposto deve essere compatibile e integrabile con i sistemi operativi e con le infrastrutture ICT in uso presso le Aziende Sanitarie. Si chiede di poter indicare esplicitamente quali siano tali sistemi operativi e infrastrutture ICT per cui il software deve avere compatibilità.
- All'articolo Modalità generali relative alle UdO A1-A7 della bozza del CSA, in particolare al paragrafo Ritiro e Smaltimento si legge che il ritiro e lo smaltimento dei ricambi e materiali di consumo esausti rimangono a completo carico dell'appaltatore. Si chiede se per adempiere a tale obbligo le Aziende Sanitarie forniranno locali idonei allo stoccaggio dei rifiuti.
- All'articolo B1 controlli funzionali e di qualità della bozza del CSA si legge che nel presente appalto sono escluse le convalide autoclavi, lavaendoscopi e lavaferri. Contrariamente a ciò, nell'elenco delle classi di apparecchiature per cui sono richieste le verifiche prestazionali vengono riportate anche le autoclavi e le lavaferri. Si chiede dunque di indicare se la verifica prestazionale su tali apparecchiature rientra o meno nel contratto.

- All'articolo E0 Tarature controlli metrici e convalide – LAT della bozza del CSA si legge che le apparecchiature indicate nell'Allegato 12 (ad esempio bilance, fonometri, letti e potrone a bilancia etc.) dovranno essere sottoposte a taratura e controlli metrici con certificato rilasciato dai centri autorizzati.
Si chiede se risulta possibile eseguire la taratura con rilascio di certificazione svolta con strumenti certificati LAT, oppure se è indispensabile sottoporre tutte le apparecchiature (comprese autoclavi, lavaferri, bilance, etc.) a taratura eseguita da centri autorizzati con rilascio di certificazione LAT.
- All'articolo D0 attività di supporto ingegneristico della bozza del CSA si legge che tali attività dovranno essere garantite da ingegnere con laurea in ingegneria [...omissis...] Inoltre tale personale dovrà essere diverso da quello impegnato continuamente presso l'Azienda e dedicato alle attività manutentive.
Si chiede dunque di indicare se l'ingegnere gestore i cui requisiti vengono indicati all'Articolo 6 Organizzazione risorse umane e soluzioni logistiche potrà o meno svolgere le attività di supporto ingegneristico.
- All'articolo 6 Organizzazione risorse umane e soluzioni logistiche della bozza del CSA si riporta una tabella con indicato l'organico di personale residente minimo in base al numero di apparecchiature. Si chiede se l'ingegnere gestore può essere lo stesso per diverse Aziende Sanitarie oppure deve essere ad uso esclusivo di un'Azienda sanitaria.

In fede

CME Società Cooperativa Consortile
Il Presidente del C.d.A.
Giovanni Fantacore
