

**Gara d'appalto a mezzo procedura aperta per l'affidamento della fornitura di ausili previsti dal
Nomenclatore Tariffario Nazionale ex DM n. 332 del 27/8/1999 - elenchi n. 2 e 3 - a favore della
Regione del Veneto, per la durata di tre anni, suddivisa in n. 9 lotti funzionali**

**VERBALE DEL 05.09.2016
PRIMA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE TECNICA**

Il giorno 5 del mese di settembre dell'anno 2016, alle ore 09:30 presso la sede della U.O. Acquisti Centralizzati SSR, Passaggio Gaudenzio 1 - Padova, si è riunita la Commissione Tecnica della gara in argomento, incaricata di effettuare la verifica di idoneità delle offerte ammesse ai sensi dell'art 8 del disciplinare di gara, designando quali componenti, indetta con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (ora U.O. Acquisti Centralizzati SSR) n. 70 del 3 giugno 2016 e rettificata con successivo Decreto n. 81 del 29 giugno 2016.

La Commissione, nominata con Decreto del dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 90 del 22 luglio 2016 e modificato dal Decreto del Direttore della U.O. Acquisti Centralizzati SSR n. 6 del 1° settembre 2016, risulta così composta:

- | | | | |
|---|-------------|------------------------|---|
| - | Presidente: | Dott.ssa Susanna Zardo | Dirigente Farmacista – Direttore U.O.C. Farmacia Territoriale presso la ULSS 12 Veneziana |
| - | Componente: | Maurizio Businaro, | Dirigente dell'U.O.C. Cure Primarie presso l'Azienda Ulss 17 Monselice |
| - | Componente: | Dott. Paolo Boldrini | Direttore del dipartimento di Riabilitazione Ospedale-Territorio presso l'ULSS 9 di Treviso |

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente comunica che, in esito alla prima seduta pubblica di gara, tenutasi il 26 luglio 2016 presso la sede della U.O. Acquisti Centralizzati SSR, i sotto indicati candidati sono stati ammessi al prosieguo della gara:

- 1) TGR S.R.L. con sede in Ozzano dell'Emilia (BO)
- 2) BIO MATRIX S.R.L. con sede in Cremona
- 3) PIAI ORTOTECH S.R.L. con sede in Vittorio Veneto (TV)
- 4) PROMED S.R.L. con sede in Dosson di Casier (TV)
- 5) OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L. con sede in Venaria Reale (TO)
- 6) VIMEC S.R.L. con sede in Luzzara (RE)
- 7) VENETOSALUTE S.R.L. con sede in Venezia Chirignago
- 8) CEA S.P.A. con sede in Segrate (MI)
- 9) SAPIO LIFE S.R.L. con sede in Monza
- 10) INVACARE MECC SAN S.R.L. con sede in Thiene (VI)
- 11) VASSILLI S.R.L. con sede in Saonara (PD)
- 12) GIALDI S.R.L. con sede in Reggiolo (RE), dopo aver integrato il PASSOe con nota prot. RVE 289819 data 27/07/2016.

Il Presidente prende atto che il Disciplinare di gara prescriveva quanto segue in ordine alla documentazione tecnica da presentare a corredo dell'offerta:

- a) Scheda tecnica del prodotto offerto, redatta in lingua italiana, qualora non presente in repertorio comprendenti la classificazione ISO dei prodotti offerti e degli eventuali aggiuntivi;

1

- b) Indicazione della classe di rischio di ogni dispositivo e attestazione della marcatura CE in conformità alla Direttiva CEE 93/42, come modificata dalla Direttiva 2007/47/CE;
- c) Copia della Certificazione UNI EN ISO 13485/2004 (Dispositivi medici - Sistemi di gestione qualità – Requisiti per scopi regolamentari): in alternativa idonea dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del DPR n. 445/2000;
- d) documentazione contenente le seguenti informazioni:
 - codice CND (classificazione nazionale dei dispositivi);
 - numero identificativo del dispositivo nel Repertorio del Ministero della Salute, ove previsto. Nel caso di mancata dichiarazione del numero di Repertorio, visti gli obblighi delle Aziende Sanitarie di ottemperare a quanto previsto dall'art. 5 del Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009, si richiede dichiarazione sottoscritta del produttore di aver ottemperato agli obblighi di comunicazione al Ministero della Salute previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 "Attuazione della Direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e s.m.i.
- e) ogni altra dichiarazione o documentazione, eventualmente anche relativa alle caratteristiche tecniche minime previste e non desumibili dalla scheda tecnica necessaria ai fini della valutazione tecnica e/o prevista dal capitolato tecnico;
- f) Modello dell'offerta economica senza indicazione dei prezzi.

Il Presidente riscontra, quindi, all'interno delle buste contenenti l'offerta tecnica delle Ditte precitate, la presenza della documentazione in forma cartacea e su supporto elettronico, così come prescritto dal Disciplinare di gara, tranne che per la Ditta PIAI ORTOTECH S.R.L. con sede in Vittorio Veneto (TV), che non presenta il CD-ROM, come già rilevato nel Verbale della prima seduta pubblica.

Il Presidente, quindi, richiama i contenuti dell'articolo 7 del Disciplinare di gara, il quale prevede che l'aggiudicazione sarà effettuata per singolo lotto, previa verifica di idoneità dei prodotti offerti, con il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 4 lettera b) dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

Il presidente decide di avere contezza di tutti i prodotti offerti dalle Ditte, per ciascun lotto e sub lotto, che vengono riepilogati nella tabella ALLEGATO A "Prodotti offerti", al presente verbale.

LOTTO 1

La Commissione inizia ad esaminare la documentazione presentata dalle Ditte per il **Lotto n. 1**.

Per i prodotti offerti dalla ditta **Gialdi S.r.l.** la Commissione:

- **ai sublotto a)**, codice offerto 856201 e **b)**, codice offerto 856129, presa visione della scheda tecnica, ed in particolare del foro centrale offerto, ritiene di ammettere la Ditta alle successive fasi di gara.
- **al sublotto c)** osserva che in scheda tecnica è segnalata una larghezza di 56 cm. La Commissione, considerato la specificità del sublotto, che consiste nell'uso per pazienti bariatrici, ritiene di ammettere la Ditta alle successive fasi di gara.

La Commissione dichiara il prodotto idoneo.

Alla ditta Sapio Life S.r.l.

La commissione decide di chiedere il seguente chiarimento.

"Si chiede di indicare in quale parte della Documentazione Tecnica presentata in busta 2 si evinca inequivocabilmente la presenza dei requisiti seguenti:

- ✓ LOTTO 1 SUB A e SUB B- - 09.12.03.003 SEDIA PER WC E DOCCIA Prodotto da Voi offerto REF RS946

- Requisito: La sedia deve essere in grado di resistere all'umidità, ai detergenti e agli acidi
- Requisito: 4 ruote piroettanti diametro [...] di cui 2 con freno, con supporti inox
- ✓ LOTTO 1 SUB D - 09.12.03.003 SEDIA GIREVOLE PER VASCA Prodotto da Voi offerto REF 302022
 - Requisito: Struttura in plastica ed inox
- ✓ LOTTO 1 SUB E - 09.12.03.003 SEDIA PER WC E DOCCIA BASCULANTE – Prodotto da Voi offerto REF Moretti RS944
 - Requisito: Deve resistere all'umidità, ai detergenti e agli acidi
 - Requisito: Deve avere 4 ruote piroettanti [...] di cui 2 con freno.
 - Requisito: Il supporto delle ruote deve essere realizzato in acciaio inox o lega leggera o materiale plastico
 - Deve essere dotata di: [...] stabilizzatore per il tronco;
 - Deve essere dotata di: [...] regolazione in altezza a partire da almeno 50 cm;
- ✓ LOTTO 1 SUB F - 09.12.03.003 SEDIA PER WC E DOCCIA BASCULANTE PER PAZIENTI OBESI – Prodotto da Voi offerto Ocean VIP
 - Requisito "Deve possedere lo schienale e il sedile imbottito in materiale antidecubito "
 - Requisito: "Deve essere dotata di [...] Stabilizzatore del tronco "
- ✓ Lotto 1 Sub G 09.12.24.003 RIALZO STABILIZZANTE PER WC – Prodotto da Voi offerto MORETTI RP763/RP762:
 - Requisito " braccioli ribaltabili e/o estraibili. " per il REF RP762 "

Alla ditta Officina Ortopedica Ferrero S.r.l.

La commissione decide di chiedere il seguente chiarimento.

"Si chiede di indicare in quale parte della Documentazione Tecnica presentata in busta 2 si evinca inequivocabilmente la presenza dei requisiti seguenti:

- ✓ LOTTO 1 SUB D - 09.12.03.003 SEDIA GIREVOLE PER VASCA Prodotto da Voi offerto REF 8002466
 - Requisito: Struttura in plastica ed inox
- ✓ LOTTO 1 SUB E - 09.12.03.003 SEDIA PER WC E DOCCIA BASCULANTE – Prodotto da Voi offerto REF 302024
 - Requisito: Deve avere 4 ruote piroettanti [...] di cui 2 con freno.
 - Requisito: Il supporto delle ruote deve essere realizzato in acciaio inox o lega leggera o materiale plastico
 - Deve essere dotata di: [...] stabilizzatore per il tronco;
- ✓ LOTTO 1 SUB F - 09.12.03.003 SEDIA PER WC E DOCCIA BASCULANTE PER PAZIENTI OBESI – Prodotto da Voi offerto 302025
 - Requisito "Il supporto delle ruote deve essere realizzato in acciaio inox o lega leggera o materiale plastico "
 - Requisito: "Deve essere dotata di [...] Stabilizzatore del tronco "
- ✓ Lotto 1 Sub G 09.12.24.003 RIALZO STABILIZZANTE PER WC – Prodotto da Voi offerto REF 81702030
 - Requisito " braccioli ribaltabili e/o estraibili. "

3



Alla Ditta Vassilli S.r.l

La commissione decide di chiedere il seguente chiarimento.

“Si chiede di indicare in quale parte della Documentazione Tecnica presentata in busta 2 si evinca inequivocabilmente la presenza dei requisiti seguenti:

- ✓ LOTTO 1 SUB A - LOTTO 1 SUB B - 09.12.03.003 SEDIA PER WC E DOCCIA
Prodotto da Voi offerto REF 400.10
 - Requisito: La sedia deve essere in grado di resistere all'umidità, ai detersivi e agli acidi.
- ✓ LOTTO 1 SUB B - 09.12.03.003 SEDIA PER WC E DOCCIA REF 400.10
 - Requisito: La sedia deve essere in grado di resistere all'umidità, ai detersivi e agli acidi”

LOTTO 2

La Commissione procede ad esaminare la documentazione presentata dalle Ditte per il **Lotto n. 2.**

La Commissione decide di non ammettere al prosieguo della gara la Ditta **CEA S.p.A.**, dichiarando non idoneo il prodotto offerto per il sublotto A; infatti, il prodotto in parola ha una portata massima di 90 kg, inferiore al valore di 100 kg previsto dal capitolato tecnico.

La Commissione dichiara idonei i prodotti offerti dalle Ditte **Officina Ortopedica Ferrero S.r.l., Veneto Salute S.r.l., Sapio Life S.r.l., Vassilli S.r.l. e Gialdi S.r.l.**

LOTTO 3

La Commissione procede ad esaminare la documentazione presentata dalle Ditte per il **Lotto n. 3.**

Alla ditta Gialdi S.r.l.

La commissione decide di chiedere il seguente chiarimento.

“Si chiede di indicare in quale parte della Documentazione Tecnica presentata in busta 2 si evinca inequivocabilmente la presenza dei requisiti seguenti:

- ✓ LOTTO 3 SUB H 12.06.09.006 DEAMBULATORE SCORREVOLE SU QUATTRO RUOTE PIROETTANTI CON FRENO DI STAZIONAMENTO CON TAVOLO) –
Prodotto da voi offerto REF 857154+857144
 - Requisito: Aggiuntivo 12.06.09.127 Barre di appesantimento in acciaio pieno
Si chiede di confermare che l'aggiuntivo in parola è compreso nella fornitura; nella documentazione tecnica è indicato “disponibile”.
- ✓ LOTTO 3 SUB I 12.06.09.006 DEAMBULATORE SCORREVOLE SU QUATTRO RUOTE PIROETTANTI CON FRENO DI STAZIONAMENTO CON APPOGGI ANTIBRACHIALI SINGOLI SEPARATI
Prodotto da voi offerto: 857140+857146
 - Requisito: Aggiuntivo 12.06.09.127 Barre di appesantimento in acciaio pieno
Si chiede di confermare che l'aggiuntivo in parola è compreso nella fornitura; nella documentazione tecnica è indicato “disponibile”.

4

82

△

- ✓ LOTTO 3 SUB J 12.06.09.006 DEAMBULATORE SCORREVOLE SU QUATTRO RUOTE PIROETTANTI CON FRENO DI STAZIONAMENTO - DEAMBULATORE POSTERIORE - Prodotto da voi offerto "Deambulatore posteriore mod. NIBMO"
 - Requisito: Aggiuntivo: 12.06.09.124 appoggi antibrachiali.
Si chiede di confermare che l'aggiuntivo in parola è compreso nella fornitura; nella documentazione tecnica è indicato "disponibile";
- ✓ LOTTO 3 SUB M 12.06.09.009 DEAMBULATORE SCORREVOLE SU QUATTRO RUOTE CON FRENO AZIONABILE A MANO CON TAVOLO
Prodotto da Voi offerto: MOD. D77-TA Ref 201500+205210
 - Requisito: Aggiuntivo: 12.06.09.133 Ruote con rotazione frizionata (al paio)
 - La ditta dovrà essere disponibile a fornire in aggiunta, su eventuale richiesta del prescrittore i seguenti supporti: 12.06.09.127 Barre di appesantimento in acciaio pieno, nella documentazione tecnica è indicato "applicabile"

Alla ditta Officina Ortopedica Ferrero S.r.l.

La commissione decide di chiedere il seguente chiarimento.

"Si chiede di indicare in quale parte della Documentazione Tecnica presentata in busta 2 si evinca inequivocabilmente la presenza dei requisiti seguenti:

- ✓ LOTTO 3 SUB G 12.06.09.127 Barre di appesantimento in acciaio pieno (da fornire al paio) – Prodotto da voi offerto REF 380-2
- ✓ LOTTO 3 SUB K 12.06.09.009 DEAMBULATORE SCORREVOLE SU QUATTRO RUOTE CON FRENO AZIONABILE A MANO - Prodotto da voi offerto Rollator "Ecolight"
 - Requisito: Aggiuntivo: 12.06.09.133 Ruote con rotazione frizionata (al paio)
- ✓ LOTTO 3 SUB L 12.06.09.009 DEAMBULATORE SCORREVOLE SU QUATTRO RUOTE CON FRENO AZIONABILE A MANO CON APPOGGI ANTIBRACHIALI SINGOLI SEPARATI - Prodotto da voi offerto cod. 276
 - Requisito: Aggiuntivo: 12.06.09.133 Ruote con rotazione frizionata (al paio)
 - La ditta dovrà essere disponibile a fornire in aggiunta, su eventuale richiesta del prescrittore i seguenti supporti: 12.06.09.127 Barre di appesantimento in acciaio pieno

Si chiede, altresì, in che parte della documentazione tecnica presentata sia reperibile la scheda tecnica del prodotto Nimbo DNI-xxx offerto per il LOTTO 3 SUB J 12.06.09.006 DEAMBULATORE SCORREVOLE SU QUATTRO RUOTE PIROETTANTI CON FRENO DI STAZIONAMENTO - DEAMBULATORE POSTERIORE"

La Commissione stabilisce di non ammettere la Ditta **Sapio life S.r.l.** alle successive fasi di gara, dichiarando non idonei i prodotti offerti ai sub lotti **D, F, H**, per i seguenti motivi:

- Sub lotto D): il prodotto offerto Moretti RP680 ha ruote fisse, invece delle ruote piroettanti previste dal Capitolato tecnico
- Sub Lotti F), codice offerto Moretti RP754S+RP757 e H), codice offerto Moretti RP754S + RP759/1: I prodotti hanno la base di dimensioni 56 x 75 cm, in contrasto col capitolato tecnico che prevedeva in ingombro in profondità di massimo 70 cm.


La Commissione stabilisce di non ammettere la Ditta **Piai Ortotech S.r.l.** alle successive fasi di gara, dichiarando non idonei i prodotti offerti ai sub lotti **J, K**, per i seguenti motivi:

- Sub lotto J): il prodotto offerto STRETEERS S-M-L ha l'altezza regolabile a partire da minimo 46 cm, alzabile con regolazione fino a 57 cm, in contrasto con il capitolato che recita: " *L'altezza delle impugnature richiesta va dai 35-40 cm (+/- 10% circa) (misura pediatrica) ai 90 cm circa (misura da adulto)*".
- Sub Lotti K), codice offerto DEA-R77E+370R: il prodotto pesa 12 Kg, in contrasto con il capitolato tecnico che prevedeva un peso inferiore a 10 kg.

La Commissione dichiara idonei i prodotti offerti dalla ditta **Vassilli S.r.l.**

Alle ore 16.30 la Commissione decide di aggiornare i lavori a data da destinarsi.

IL PRESIDENTE: Dott.ssa Susanna Zardo



I COMPONENTI: Dott. Maurizio Businaro



Dott. Paolo Boldrini

