



LEGENDA	
Q	INTERRUTTORI LUCE AMBIENTE
QF	INTERRUTTORE LAMPADA FLUORESCENTE SOPRA MAGNETE
P	PRESA 220 V 16A BIP+T A SOFFITTO (PER SERVIZIO TECNICO)
⊕	CORPO ILLUMINANTE NEL CONTROSOFFITTO PER ILLUMINAZIONE LOCALE (TOTALE 200 LUX)
⊗	N.2 FARETTI ORIENTABILI DA 80 W O n. 1 LAMPADA FLUORESCENTE 60 cm ILLUMINAZIONE DI SERVIZIO (TOTALE 500 LUX)
E	CORPO ILLUMINANTE CON GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA
CI	CANALINA CON FONDO APERTO (ES. TIPO SCALA ALLUMINIO) PER AREAZIONE CAVI ,POSTA CONTROSOFFITTO SEZIONE 500X100 A DUE SCOMPARTI (350+150mm) PER CAVI MAGNETE (LUNGHEZZA minima 3500 mm)
TI	TUBO DIAMETRO 30 mm DA PULSANTE ERDU A CANALINA
Z1	ZONA SENZA CONTROSOFFITTO mm 1295x630
Z2	ZONA DI CONTROSOFFITTO SMONTABILE PER SERVIZIO DIMENSIONI mm 1295x900
Z3	IN QUESTA ZONA (mm, 2500x1250) NON PREVEDERE ILLUMINAZIONE DIRETTA SUL PAZIENTE
Z4	IN QUESTA ZONA (mm, 750x1250) NON PREVEDERE ILLUMINAZIONE DIRETTA SUL PAZIENTE

NOTE	
*) TUTTI I MATERIALI USATI DEVONO ESSERE AMAGNETICI	
**) TUTTE LE PARTI INSTALLATE ALL' INTERNO DELLA GABBIA RF , CANALINE,SUPPORTI TUBAZIONI,CORPI ILLUMINANTI ETC) DEVONO ESSERE ISOLATI ELETTRICAMENTE DALLA SCHERMATURA RF.	
***) SUPPORTO PER CANALINE CAVI CARICO minimo 1500N PESO DEI CAVI CIRCA 2500 N	

ULSS N.7 PIEVE DI SOLIGO					- TV -				
P.O. DI VITTORIO VENETO									
RM					N.				
SALA ESAME - IMPIANTISTICA A SOFFITTO GABBIA RF					DATA				
(CURA DEL FORNITORE DELLA GABBIA RF)					DISEGN.				
NR.COMMESSA : *					VISTO				
SCALA : 1:50					SETTORE				
DISEGNATORE : G.D'ASARO									
UNITA': mm									
VISTO :									
NUMERO :									
20 757 05 202									
FOGLI: 03 FOGLIO: 03									
Philips S.p.A. - Healthcare - MONZA (ITALY)					DATA : 07/07/2010				
					FORMATO : A3				