

**Gara d'appalto a mezzo procedura aperta per l'affidamento della fornitura di ausili previsti dal
Nomenclatore Tariffario Nazionale ex DM n. 332 del 27/8/1999 - elenchi n. 2 e 3 - a favore della
Regione del Veneto, per la durata di tre anni, suddivisa in n. 9 lotti funzionali**

**VERBALE DEL 14.09.2016
SECONDA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE TECNICA**

Il giorno 14 del mese di settembre dell'anno 2016, alle ore 14:30 presso la sede della U.O. Acquisti Centralizzati SSR, Passaggio Gaudenzio 1 - Padova, si è riunita la Commissione Tecnica della gara in argomento, incaricata di effettuare la verifica di idoneità delle offerte ammesse ai sensi dell'art 8 del disciplinare di gara, designando quali componenti, indetta con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (ora U.O. Acquisti Centralizzati SSR) n. 70 del 3 giugno 2016 e rettificata con successivo Decreto n. 81 del 29 giugno 2016.

La Commissione, nominata con Decreto del dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 90 del 22 luglio 2016 e modificato dal Decreto del Direttore della U.O. Acquisti Centralizzati SSR n. 6 del 1° settembre 2016, risulta così composta:

- | | | | |
|---|-------------|------------------------|---|
| - | Presidente: | Dott.ssa Susanna Zardo | Dirigente Farmacista – Direttore U.O.C.
Farmacia Territoriale presso la ULSS 12
Veneziana |
| - | Componente: | Maurizio Businaro, | Dirigente dell'U.O.C. Cure Primarie presso
l'Azienda Ulss 17 Monselice |
| - | Componente: | Dott. Paolo Boldrini | Direttore del dipartimento di Riabilitazione
Ospedale-Territorio presso l'ULSS 9 di
Treviso |

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

LOTTO 4

La Commissione inizia ad esaminare la documentazione presentata dalle Ditte per il **Lotto n. 4.**

La Commissione dichiara idonei i prodotti offerti dalla ditta **Vassilli S.r.l.**

LOTTO 5

La Commissione inizia ad esaminare la documentazione presentata dalle Ditte per il **Lotto n. 5.**

La Commissione stabilisce di non ammettere la Ditta **Sapio Life S.r.l.** alle successive fasi di gara, dichiarando non idoneo il prodotto offerto al sub lotto **A**, per i seguenti motivi.

Nella scheda del prodotto offerto Vermeiren 139E non si evince che sia verificato il seguente requisito:
“seduta con apertura wc, con foro a U con apertura anteriore”.

La Commissione stabilisce di non ammettere la Ditta **Officina Ortopedica Ferrero S.r.l.** alle successive fasi di gara, dichiarando non idoneo il prodotto offerto al sub lotto **B**, per i seguenti motivi.

Nella scheda del prodotto offerto Vermeiren 9303 si indica che la sedia è disponibile in diverse misure: 43-46-50-53. Nelle misure 43 e 46 la portata massima è di 95 kg, in contrasto con il capitolato che prevede, per tutto il sub lotto, una portata massima di 100 kg.

La Commissione stabilisce di non ammettere la Ditta **Gialdi S.r.l.** alle successive fasi di gara, dichiarando non idoneo il prodotto offerto al sub lotto **B**. Nella scheda del prodotto offerto Vermeiren 9303 si indica che la sedia è disponibile in diverse misure: 43-46-50-53. Nelle misure 43 e 46 la portata massima è di 95 kg, in contrasto con il capitolato che prevede, per tutto il sub lotto, una portata massima di 100 kg. Inoltre, la Ditta dichiara che il sedile è reclinabile a 30°, in contrasto con il capitolato che prevede un'inclinazione fino a 50°.

La commissione, nella documentazione tecnica ritrova la seguente dichiarazione *“La scrivente VERMEIREN ITALIA SRL conferma che in caso di aggiudicazione della fornitura dei prodotti di ns commercializzazione, quali le sedie da comodo mod. 9300- 9301-9302-9303, gli stessi, nei tempi tecnici necessari, saranno corrispondenti alle caratteristiche richieste, tra le quali lo schienale reclinabile a 50°.”* Tale dichiarazione non ha pregio, perché nel disciplinare di gara, art. 2, si fa presente che non sarebbero state accettate offerte **condizionate**.

Alla ditta Piai Ortotech S.r.l.

La commissione decide di chiedere il seguente chiarimento.

“Si chiede in quale parte della Documentazione Tecnica presentata in busta 2 si evinca inequivocabilmente la presenza dei requisiti seguenti:

- ✓ LOTTO 5 SUB B 12.21.03.006 CARROZZINA A TELAIO RIGIDO RECLINABILE
MANOVRATA DALL'ACCOMPAGNATORE
Prodotto da voi offerto: codice CRC-56W+310P+398
 - Requisito: maniglione di accompagnamento
 - Requisito: schienale reclinabile di almeno 50° con blocco azionabile possibilmente a leva.

- ✓ LOTTO 5 SUB D 12.21.06.003 CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA
CON MANI SULLE RUOTE POSTERIORI CON WC ESTRAIBILE
– Prodotto da Voi offerto: codice CRC-94W+310P+398
- LOTTO 5 SUB E 12.21.06.006 CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA
CON MANI SULLE RUOTE POSTERIORI SENZA WC ESTRAIBILE
- prodotto da voi offerto: codice CRC-94T+310P+398
- LOTTO 5 SUB F 12.21.09.003 CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA
CON MANI SULLE RUOTE ANTERIORI CON WC ESTRAIBILE
– Prodotto da Voi offerto: codice CRC-92W+310P+398
- LOTTO 5 SUB G 12.21.09.006 CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA
CON MANI SULLE RUOTE ANTERIORI SENZA WC ESTRAIBILE
- Prodotto da Voi offerto: CRC-92T+310P+398
 - Requisito: schienale reclinabile di almeno 50° [...].

- ✓ LOTTO 5 SUB O 12.27.03.003 PASSEGGINO CHIUDIBILE AD OMBRELLO
– Prodotto da Voi offerto: -Armony 855098
 - Requisito: con le seguenti caratteristiche: [...] cinghia pettorale
Inoltre, Non è chiaro se il codice 85.50.94, che individua la cinghia pettorale,
è ricompreso nella fornitura del passeggino Armony 855098. Tra l'altro tale
codice non è citato nel modello di offerta senza prezzi”.

Alla ditta Vassilli S.r.l.

La commissione decide di chiedere il seguente chiarimento.

“Si chiede in quale parte della Documentazione Tecnica presentata in busta 2 si evinca inequivocabilmente la presenza dei requisiti seguenti:

- Requisito: cintura pettorale.

Inoltre, poiché nel modello di offerta senza prezzi vengono citati i codici CLIP 1-2-3-4, non è chiaro quale sia il prodotto offerto, fermo restando che nel disciplinare all'Art. 2 si dispone che "non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno accettate offerte plurime o alternative".

LOTTO 6

La Commissione inizia ad esaminare la documentazione presentata dalle Ditte per il Lotto n. 6.

La Commissione stabilisce di escludere la Ditta **Officina Ortopedica Ferrero S.r.l.** dalle successive fasi di gara, poiché il prodotto offerto al sub lotto **D "Ulisse EL"** non è conforme al capitolato tecnico, in quanto l'apertura della base avviene con leva manuale, e non con azionamento elettrico, come invece previsto dal capitolato tecnico.

La Commissione stabilisce di escludere la Ditta **Sapio Life S.r.l.** dalle successive fasi di gara, poiché il prodotto offerto al sub lotto **D "Moretti RI710"** non è conforme al capitolato tecnico, in quanto l'apertura della base avviene con leva manuale, e non con azionamento elettrico, come invece previsto dal capitolato tecnico.

La Commissione stabilisce di escludere la Ditta **Invacare mecc San S.r.l.** dalle successive fasi di gara, poiché il prodotto offerto al sub lotto **D "INVACARE BIRDIE"** non è conforme al capitolato tecnico, in quanto non è presente il montante a scorrimento previsto dal capitolato tecnico.

La Commissione stabilisce di escludere la Ditta **CEA S.p.A.** dalle successive fasi di gara, poiché il prodotto offerto al sub lotto **E "Novaltis-X"** non è conforme al capitolato tecnico, in quanto la misura della base in massima apertura è pari a 86 cm, contrariamente alla misura di almeno 90 cm previsti dal capitolato. L'altra dimensione che costituisce la base è dichiarata pari a 94 cm, non pari a massimo 90 cm, come invece previsto dal capitolato tecnico.

La Commissione stabilisce di escludere la Ditta **Vassilli S.r.l.** dalle successive fasi di gara, poiché il prodotto offerto al sub lotto **E "SOLLEVATORE COMPACT STAND-UP"** non è conforme al capitolato tecnico, in quanto la misura della base in massima apertura è pari a 60 cm, contrariamente alla misura di almeno 90, nonché e la profondità è di 104 cm, laddove il capitolato prevedeva massimo 90 cm.

Alle ore 17.30 la Commissione decide di aggiornare i lavori a data da destinarsi.

IL PRESIDENTE: Dott.ssa Susanna Zardo



I COMPONENTI: Dott. Maurizio Businaro



Dott. Paolo Boldrini

