

VERBALE DEL 16 SETTEMBRE 2015
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ditta Concorrente	GE Medical Systems S.p.A.	Philips S.p.A.	Siemens S.p.A.	Toshiba Medical Systems S.r.l.
Ditta Produttrice	GE Healthcare	Philips	Siemens AG	Toshiba
Modello	Optima 660 128 strati	Ingenuity Core 64	SOMATOM Definition AS 64 slices	AQUILION PRIME 80
Anno di immissione sul mercato ultima versione	2015	2015	2014	2015

Bush ¹ - ~~6/20~~ R S

Generazione	III	Sistema di terza generazione	Sistema Tac di Terza generazione	III
Numero di Repertorio	1110110	376736/R	20501/R	771639/R
CND	Z11030604	Z11030604	Z11030604	Z11030604

La Commissione procede con l'analisi dei questionari tecnici presentati dalle ditte e verifica la corrispondenza dei dati indicati nel questionario tecnico con quelli presenti nella documentazione prodotta, relativa alle apparecchiature offerte.

Dall'analisi della documentazione, la Commissione rileva che le apparecchiature offerte dalle ditte partecipanti al lotto (GE Medical Systems S.p.A., Philips S.p.A., Siemens S.p.A. e Toshiba Medical Systems S.r.l.) possiedono le caratteristiche tecniche costituenti requisiti minimi, a pena di esclusione, così come richiesti dall'art. 3 del Capitolato tecnico.

La Commissione prosegue con la verifica della documentazione prodotta con riferimento ad esecuzione lavori, consegna ed installazione, collaudo, integrazione nell'ambiente del sistema informativo, formazione del personale; dall'analisi emerge che entrambe le ditte hanno presentato progetti in linea con le richieste del capitolato tecnico di gara.

La Commissione prosegue con la verifica della documentazione prodotta con riferimento al servizio di assistenza tecnica; dall'analisi emerge che entrambe le ditte hanno predisposto un progetto che garantisce un servizio in linea con le richieste del capitolato.

La Commissione conviene che per la visione delle immagini su paziente presentate dalle ditte sia necessario l'utilizzo di una stazione PACS di visualizzazione ed elaborazioni di immagini radiologiche; conseguentemente rinvia la visione delle immagini su paziente e delle immagini su fantoccio ad altra seduta.

La Commissione rinvia il seguito della valutazione qualitativa delle offerte relative al lotto 6 ad una seduta successiva.

Nell'impossibilità di terminare la valutazione qualitativa dei lotti di gara, alle ore 17:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 14:00 del 23.09.2015.

Il Presidente della Commissione conserva le Buste 2 "Documentazione Tecnica" in idoneo locale presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:

I COMPONENTI:

The block contains five handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures are in dark ink and appear to be cursive or semi-cursive. The first signature is at the top, followed by four more signatures stacked vertically.