

VERBALE DEL 2 SETTEMBRE 2015
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

tecniche costituenti requisiti minimi, a pena di esclusione, così come richiesti dall'art. 3 del Capitolato tecnico.

La Commissione prosegue con la verifica della documentazione prodotta con riferimento ad esecuzione lavori, consegna ed installazione, collaudo, integrazione nell'ambiente del sistema informativo, formazione del personale; dall'analisi emerge che entrambe le ditte hanno presentato progetti in linea con le richieste del capitolato tecnico di gara.

La Commissione prosegue con la verifica della documentazione prodotta con riferimento al servizio di assistenza tecnica; dall'analisi emerge che entrambe le ditte hanno predisposto un progetto che garantisce un servizio in linea con le richieste del capitolato.

La Commissione conviene che per la visione delle immagini su paziente presentate dalle ditte sia necessario l'utilizzo di una stazione PACS di visualizzazione ed elaborazioni di immagini radiologiche; conseguentemente rinvia la visione delle immagini su paziente e delle immagini su fantoccio ad altra seduta.

La Commissione rinvia il seguito della valutazione qualitativa delle offerte relative al lotto 2 a seduta successiva.

La Commissione procede, quindi, con la disamina della documentazione tecnica presentata dalle ditte ammesse alla gara per il **lotto n. 1 (Risonanze magnetiche a 1,5 tesla)**.

Dalla documentazione si rileva che le ditte offrono le seguenti apparecchiature:

Ditta concorrente	GE Medical Systems Spa	RTI: Philips Spa e Arco Lavori SCC	RTI: Siemens Spa-FR Engineering Srl-FP Impianti Srl
Ditta produttrice	GE Medical Systems	Philips	Siemens AG
Modello	Optima MR450w GEM	INGENIA 1,5T	MAGNETOM Aera a Tim + Dot System
Anno immissione sul mercato ultimo modello	2015	Ultima Release: 2014 Prima immissione: 2011	2014
Generazione	DV25		MAGNETOM Aera
Numero di repertorio	432847	389521/r	339428
CND	Z11050105	Z11050105	Z11050105

La Commissione procede con l'analisi dei questionari tecnici presentati dalle ditte e verifica la corrispondenza dei dati indicati nel questionario tecnico con quelli presenti nella documentazione prodotta, relativa alle apparecchiature offerte.

Dall'analisi della documentazione, la Commissione rileva che le apparecchiature offerte dalle ditte partecipanti al lotto possiedono le caratteristiche tecniche costituenti requisiti minimi, a pena di esclusione, così come richiesti dall'art. 3 del Capitolato tecnico.

La Commissione prosegue con la verifica della documentazione prodotta con riferimento ad integrazione nell'ambiente del sistema informativo, formazione del personale e al servizio di

assistenza tecnica; dall'analisi emerge che tutte le ditte hanno predisposto un progetto che garantisce un servizio in linea con le richieste del capitolato.

La Commissione conviene che per la visione delle immagini su paziente presentate dalle ditte sia necessario l'utilizzo di una stazione PACS di visualizzazione ed elaborazioni di immagini radiologiche; conseguentemente rinvia la visione delle immagini su paziente e delle immagini su fantoccio ad altra seduta.

Considerata la complessità della documentazione relativa ai progetti relativi ai lavori di installazione che le ditte dovranno realizzare presso i presidi ospedalieri interessati alla fornitura, la Commissione rinvia a successiva seduta l'analisi della documentazione prodotta dalle ditte avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori, consegna, installazione e collaudo.

La Commissione conviene che risulti necessario procedere ad una visita presso siti clinici nei quali siano installate apparecchiature analoghe a quelle offerte dalle ditte concorrenti, al fine di poter adeguatamente visionare l'ergonomia e l'operatività dei sistemi ad elevate prestazioni del lotto in esame, considerata l'ampiezza degli ambiti di impiego clinico a cui sono destinati; la commissione individua nella documentazione prodotta dalle ditte i siti clinici nei quali poter procedere alle visite, che vengono così individuati:

- Istituto di Radiologia Ospedale Borgo Roma - **Verona**
- U.O. di Radiologia Ospedale Santa Chiara - **Trento**.
- Casa di Cura Pederzoli - **Peschiera del Garda**

Nell'impossibilità di terminare la valutazione qualitativa dei lotti di gara, alle ore 17:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 09:30 del 16.09.2015.

Il Presidente della Commissione conserva le Buste 2 "Documentazione Tecnica" in idoneo locale, presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:

I COMPONENTI:

