

**Dealfa S.r.l.**

**Sede Legale:** Via G. Cardano, 8 – 20124 Milano  
**Sede Operativa:** Via G. Borgazzi, 93 – 20900 Monza  
**Tel.:** 039-21.03.626 **Fax :** 039-21.48.566  
Cap. Soc. Euro 99.000 i.v.  
Codice Fiscale 02246610162 Partita I.V.A. 11129270150  
Registro delle imprese di Milano al N. 342035/8417/35  
Iscritta al R.E.A. di Milano al N. 1438168

Spett.le  
**Regione Veneto**

*C.a. Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità*

Milano, il 06.09.2016  
Prot. nr. 132/SdV/js

Comunicazione a mezzo e-mail pec: [cras@pec.regione.veneto.it](mailto:cras@pec.regione.veneto.it)

**Oggetto: Osservazioni consultazione mercato gara per la fornitura di medicazioni speciali in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto-Bozza Capitolato tecnico.**

Il sottoscritto Stefano de Vecchi nato a Brescia (BS) il 15.02.1968 domiciliato per la carica in Milano Via G. Cardano n.8 (MI) in qualità di Amministratore Delegato della società DEALFA s.r.l. C.F. 02246610162 P.I. 11129270150 con sede legale in Milano via G. Cardano n.8 e sede amministrativa in Monza (MB) via Borgazzi n.93 tel. 039.2103626 fax 039.2148566 e-mail: [gare@dealfa.it](mailto:gare@dealfa.it) PEC [gare@pec.dealfa.it](mailto:gare@pec.dealfa.it) in riferimento alla procedura menzionata in oggetto

sottopone le seguenti osservazioni:

- lotto n°2 "Medicazione primaria sottile non aderente": in riferimento alla medicazione in oggetto si consiglia di specificare se lo strato di silicone deve essere presente su un lato o su entrambi i lati della stessa.
- lotto n°4 "Medicazione trasparente per fissaggio cateteri": in riferimento alle medicazioni "con taglio" si consiglia di specificare se deve essere presente o meno il rinforzo di TNT nella zona di inserzione del catetere
- lotto n°12 "Medicazioni in idrocolloidi": in riferimento alla medicazione in oggetto chiediamo di specificare la presenza o meno del bordo adesivo.
- lotto n°18 sub A "Medicazione in poliuretano non trasparente con bordo": in riferimento alla medicazione in oggetto "con bordo adesivo", consigliamo di specificare se le misure indicate comprendono o meno il bordo adesivo stesso; oppure indicare in maniera specifica le misure della zona idroattiva.
- lotto n°18 sub B "Medicazione in poliuretano non trasparente senza bordo": volevamo farvi notare l'antitesi della descrizione del lotto "con bordi adesivi" rispetto alla tipologia del lotto stesso, ovvero Medicazione in poliuretano senza bordo
- lotto n°39 "Medicazione di fissaggio in poliuretano trasparente in rotolo": per un corretto uso del prodotto ed al fine di ridurre gli sprechi dello stesso, si consiglia di aggiungere nelle specifiche tecniche l'indicazione di posizionamento facilitato tramite l'utilizzo di entrambe le mani dell'operatore.

Resta a disposizione per eventuali richieste o necessità.

Distinti saluti

**Dealfa s.r.l.**  
Stefano de Vecchi  
Amministratore Delegato

