



Spettabile
REGIONE VENETO
Giunta Regionale
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901
30123 Venezia

OGGETTO: FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO

Con riferimento alla consultazione di mercato finalizzata alla raccolta di informazioni per la predisposizione della documentazione tecnica per la procedura di gara in oggetto, la scrivente ditta Promed Srl pone le seguenti osservazioni alla bozza di capitolato:

➤ **LOTTO N. 1 GARZA NON ADERENTE CON PARAFFINA O SOSTANZE SIMILI – SUB A) E SUB B)**

Si chiede di eliminare i sub lotti e di prevedere dei lotti distinti, come era previsto nella precedente gara esperita da Codesta Spett.le Amministrazione per l'assegnazione della fornitura dei dispositivi medici in oggetto, in quanto un unico Lotto determinerebbe una sensibile restrizione della concorsualità ed impedirebbe una platea di potenziali concorrenti poichè una sola Ditta sarebbe in grado di presentare offerta per entrambi i Sub Lotti.

➤ **LOTTO N. 18 MEDICAZIONE IN POLIURETANO NON TRASPARENTE – SUB A) E SUB B)**

Si evidenzia che al SUB B) viene richiesta una medicazione senza bordo mentre nella descrizione viene indicato "con bordi adesivi". Si chiedono pertanto precisazioni in merito.

➤ **LOTTO N. 20 MEDICAZIONE IN POLIURETANO NON TRASPARENTE NON ADESIVA CON ARGENTO**

Si chiede di prevedere una medicazione "con argento o PHMB" come era richiesto nella precedente gara esperita da Codesta Spett.le Amministrazione per l'assegnazione della fornitura dei dispositivi medici in oggetto.

La prescrizione del solo argento, infatti, non appare funzionale alla tutela di alcuno specifico interesse di carattere sostanziale ricollegabile all'efficacia ed alla sicurezza del dispositivo medico richiesto nell'ottica della

tutela della salute del paziente; anzi, impedisce di fatto la partecipazione alla gara della Scrivente Società che è fornitore uscente dei dispositivi aggiudicati in tale Lotto, i quali sono in uso da anni presso i reparti afferenti alle Aziende Sanitarie Regionali senza che si sia mai verificata alcuna problematica.

E' opportuno inoltre considerare che l'utilizzo in questi anni di medicazioni con PHMB da parte delle diverse Ulss Regionali ha consentito un forte vantaggio economico rispetto al passato con l'utilizzo delle medicazioni in argento.

Essendo ormai dato tecnico e scientifico pacificamente appurato dai numeri studi effettuati che il PHMB sia efficace contro i principali batteri e agenti patogeni presenti in ambito ospedaliero ed essendo inoltre tale antisettico di uso corrente da 60 anni senza prove di fenomeni di resistenza indotta, appare logico e confacente al perseguimento dell'interesse sostanziale di Codesta Spett.le Amministrazione, pertanto, che venga introdotta la prescrizione relativa al PHMB.

➤ **LOTTO N. 23 MEDICAZIONE NON TRASPARENTE CAVITARIA**

Si chiede di estendere la richiesta della misura prevista alla voce a) ad almeno "cm 15 x cm 15, più o meno 20%". Trattasi infatti di dispositivo da utilizzare per lesioni cavitare e pertanto la misura espressa nella bozza di capitolato potrebbe risultare in molte occasioni insufficiente a riempire le cavità stesse.

➤ **LOTTO N. 27 BENDA ELASTICA DI FISSAGGIO NON ADESIVA MONOESTENSIBILE LONGITUDINALMENTE**

Si chiede di estendere la misura richiesta alla voce d) a "cm 13 x m 5 (tesa), più o meno 20%". Questo consentirebbe una più ampia partecipazione alla procedura, nell'ottica del principio di massima concorrenza, con conseguente possibile vantaggio economico per le Aziende Sanitarie della Regione.

➤ **LOTTO N. 33 CALZA COMPRESSIVA ANTITROMBO**

Si chiede che fra le caratteristiche dei dispositivi vengano inserite le seguenti:

- Le calze devono possedere una trama circolare che permetta di applicare un profilo pressorio graduato e differenziato di: 18 mmhg caviglia, 14 mmhg, polpaccio, 8 mmhg ginocchio, 10 mmhg coscia inferiore, 8 mmhg a coscia superiore;
- Le calze devono essere dotate di inserto anticonstrizione per evitare l'effetto tourniquet alla coscia;
- Costituirà elemento preferenziale l'ampia gamma di misure anche per pazienti obesi, l'esistenza di bibliografia che certifichi l'efficacia e la qualità del prodotto offerto.

È infatti grazie al profilo pressorio che questi dispositivi vengono definiti "per la profilassi della trombosi in pazienti costretti all'immobilizzazione".

➤ **LOTTO N. 42 SISTEMA DI FISSAGGIO SENZA SUTURA**

La descrizione del prodotto richiesto identifica una sola azienda, pertanto preclude le altre ditte a partecipare alla gara, venendo così a mancare l'adeguata convenienza economica che l'Ente Pubblico Appaltante ricerca attraverso la procedura.

Poiché la ns. Ditta fornisce da anni alle Ulss del Veneto un dispositivo di fissaggio avente la medesima destinazione d'uso di quello richiesto nella bozza di capitolato, si chiede, al fine di favorire la massima partecipazione, di prevedere la seguente descrizione:

"Sistema di fissaggio senza punti per PICC/CVC; base adesiva morbida e traspirante, anallergica; struttura di ancoraggio delle alette del catetere morbida; di tipo "universale" adatto al fissaggio di alette di varie dimensioni; confezioni singola sterile. Confezioni da 100 pezzi massimo".

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione in merito alle osservazioni poste e con l'occasione porgiamo Cordiali saluti.

Dosson di Casier, 06 settembre 2016

PROMED S.R.L.
AMMINISTRATORE UNICO
LUCIO SOMMAVILLA

