

Vs. Rif.  
Vs. scritto del  
Ns. Rif. Prot. n° 266/TOF/bf  
  
Data 07/09/2016  
  
Tel. diretto 045 8182455  
Fax diretto 045 8510733  
E-mail:

Spett.le  
**Regione Veneto - Area Sanità e Sociale**  
**Coordinamento Regionale Acquisti**  
**per la Sanità**  
Passaggio Gaudenzio, 1  
35131 PADOVA

**Oggetto: Osservazioni in merito alla Bozza di Capitolato Tecnico della Procedura aperta per la fornitura di medicazioni speciali in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione Veneto.**

Spettabile Ente,

in seguito ad attenta lettura del documento in oggetto, inviamo le nostre osservazioni.

- Lotto 1 "Garza non aderente con paraffina o sostanze simili".

Il lotto è organizzato in due sub lotti che descrivono medicazioni solo all'apparenza simili: il sub lotto "A" descrive una medicazione sterile, confezionata singolarmente, mentre il sub lotto "B" descrive una medicazione non sterile confezionata in confezione multipla (sino a un massimo di 50 pezzi) che nonostante la confezione adatta a proteggere le medicazioni da "eventuali inquinanti" non potrà evitare che a ogni utilizzo possa essere soggetta a un minimo di contaminazione. Questi prodotti rappresentano il nuovo e il vecchio approccio a questa tipologia di medicazione e le Aziende che producono queste tipologie di medicazione sono esperte o nella realizzazione di medicazioni moderne sterili o medicazioni non sterili in confezionamenti multipli, ma raramente nella realizzazione di entrambe le versioni. Senza alcuna intenzione di giudicare la motivazione a tale richiesta nel Capitolato Tecnico, al fine di poter permettere l'ampia partecipazione di Aziende esperte nella realizzazione di una o dell'altra tipologia di medicazione e quindi offrire all'Ente una maggiore opportunità di valutazione, si suggerisce di separare i due sub lotti in due lotti distinti.

Paul Hartmann S.p.A.  
Via della Metallurgia, 12  
37139 Verona - Italia

Tel. 045 8182411  
Fax 045 8510733

E-mail: [info@it.hartmann.info](mailto:info@it.hartmann.info)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Reg. Imp. VR n. 28911 - REA n. 189939  
Cod. Fiscale 07179150151  
Partita IVA 02136540230  
Capitale sociale € 250.000 i.v.  
a socio unico



Azienda con sistema di gestione certificato  
ISO 9001:2008 e UNI CEI ISO/IEC  
27001:2008

- Lotto 4 “Medicazione trasparente per fissaggio cateteri”  
Le dimensioni e le caratteristiche della composizione di questo lotto permettono, a nostro sapere, la partecipazione di due o tre aziende presenti sul mercato. Si suggerisce di dividere il lotto tra medicazioni pretagliate e non, oppure di procedere ad aggiudicazione per singola voce.
  
- Lotto 5 “Medicazione assorbente tracheostomica in alluminio o altra sostanza antisettica”  
Si fa presente che l'alluminio non presenta, come richiesto dal lotto, caratteristiche antisettiche e pertanto, essendo presente questa contraddizione nella descrizione o si creano due differenti lotti o si chiarisce se la medicazione richiesta avere caratteristiche antisettiche oppure no.
  
- Lotto 14 “Medicazione in idrocolloidi tallone”  
Al fine di garantire una più ampia partecipazione, considerando il range di dimensioni standard di questa tipologia di medicazione nello standard presente sul mercato, si suggerisce di modificare le misure della medicazione da 15x18 cm a **10x15 cm**, salvaguardando la tolleranza indicata nel Capitolato Tecnico.
  
- Lotto 17 “Medicazione in poliuretano trasparente”  
Si richiede, al fine di garantire ampia partecipazione alla gara, di modificare la tolleranza da 20% a 25%, percentuale di tolleranza già presente in altri lotti, comprendendo in tal modo misure standard presenti nell'assortimento di diverse aziende presenti sul mercato.
  
- Lotto 18 “Medicazione in poliuretano non trasparente”  
Dalla lettura delle descrizioni dei due sub lotti segnaliamo che i “titoli” di descrizione del sub lotto sono invertiti indicando ad esempio “con bordo” il sub lotto “A”, mentre il bordo adesivo è esplicitato nel sub lotto “B”.
  
- Lotto 22 “Medicazione in poliuretano non trasparente non adesiva per tallone”  
Si fa presente che la “medicazione per tallone non adesiva” è presente, a nostro sapere, nell'assortimento di sole due aziende presenti sul mercato. Inoltre in questo stesso Capitolato viene richiesta una medicazione idrocolloidale per tallone adesiva (Lotto 14) : pertanto si suggerisce che
  - o Anche questa medicazione venga richiesta come “adesiva”
  - o Oppure di ampliare la partecipazione modificando la descrizione della medicazione da “adesiva” a “adesiva o non adesiva”, valutando di



conseguenza la presenza di questa caratteristica tra i parametri valutativi della medicazione stessa

- Oppure di creare due differenti lotti per la versione “adesiva” e “non adesiva”
  
- Lotto 23 “Medicazione non trasparente cavitaria”  
Si fa presente che da quanto a nostra conoscenza a questo lotto possono rispondere al massimo due aziende: si richiede pertanto di dividere il lotto in due lotti distinti al fine di ampliare la partecipazione e le opportunità per le Aziende Sanitarie
  
- Lotto 28 “Benda elastica di fissaggio autoadesiva monoestensibile longitudinalmente”  
Si richiede di confermare se il termine “autoadesiva” venga utilizzato con l’accezione di “coesiva”, come si intuisce dalla descrizione della benda stessa.  
Si suggerisce di cancellare questo lotto in quanto i prodotti contenenti lattice sono ormai in via di eliminazione dall’assortimento dei dispositivi medici in uso in ambito sanitario per evitare rischi di reazioni allergiche da parte di pazienti o operatori presso la maggior parte delle Aziende Sanitarie: ne è confermata la richiesta di bende di fissaggio coesive esclusivamente “latex free” nelle ultime gare regionali del Friuli Venezia Giulia, Piemonte ed Emilia Romagna.
  
- Lotto n.38 “Cerottino medicato sterile”  
Si fa presente che questo tipo di cerotto viene solitamente commercializzato **non sterile** ed è confezionato in ambiente con carica di contaminazione ambientale (CFU) particolarmente basso: pertanto si suggerisce di richiedere il cerottino medicato “non sterile”.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti o integrazioni.

Cordialmente

PAUL HARTMANN S.p.A.  
Giorgio Giusti  
Marketing Manager Hospital