

**GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA  
PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE  
PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO**

**VERBALE DEL 02/09/2015  
QUINTA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 2 del mese di settembre dell'anno 2015, alle ore 9,20 presso la sede del Magazzino Economale della AO di Padova, situato in V.le Navigazione Interna n. 38 – Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura di Materiale per Sterilizzazione per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto, per la durata di tre anni, indetta con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 17 del 30/01/2015.

La Commissione, nominata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 43 del 22/04/2015, risulta così composta:

- Presidente: Dr.ssa Carla Destro  
Direttore Medico di Presidio Ospedale “Immacolata Concezione” di Piove di Sacco  
- Azienda ULSS 16
- Componente: Dr. Filippo Sconza  
Dirigente Farmacista della U.O. Farmacia Ospedaliera di Cittadella - Azienda  
ULSS 15 “Alta Padovana”
- Componente: Sig. Ermes Carollo  
Coordinatore Infermieristico dei Blocchi operatori e delle Centrali di  
Sterilizzazione dell’Azienda ULSS 4 “Alto Vicentino”

mentre le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Roberta Padovan, in servizio presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità della Regione del Veneto.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Vengono ripresi i lavori della precedente seduta riservata del 1° luglio 2015, come da relativo verbale, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

La Commissione, preliminarmente, prende atto che sono pervenuti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, entro i termini previsti, i chiarimenti delle ditte JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A., CHEMIL S.r.l. e HOSPITAL PROGRAMS S.r.l., richiesti con note del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, rispettivamente, prot. n. 277671, prot. n. 277670 e prot. n. 277668 in data 6 luglio 2015, al fine di verificare compiutamente la compatibilità dei prodotti offerti con le sterilizzatrici a gas plasma di perossido di idrogeno maggiormente diffuse, riscontrando quanto segue.

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Ditta **JOHNSON & JOHNSON** in ordine ai prodotti offerti per i LOTTI 2 e 5, la Commissione dichiara gli stessi non idonei in quanto utilizzabili esclusivamente su sterilizzatrici STERRAD e, pertanto, non rispondenti alle necessità di utilizzo delle Aziende Sanitarie destinatarie dei prodotti, presso le quali sono presenti e utilizzate sterilizzatrici anche di altri marchi.

**Pertanto, la Commissione, unanimemente, esclude la Ditta JOHNSON & JOHNSON per i LOTTI 2 e 5.**

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Ditta **CHEMIL** in ordine al prodotto offerto per il LOTTO 5, la Commissione dichiara lo stesso idoneo, in quanto compatibile con le sterilizzatrici a gas plasma di perossido di idrogeno maggiormente diffuse.

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Ditta **HOSPITAL PROGRAMS** in ordine al prodotto offerto per il LOTTO 11, la Commissione dichiara lo stesso idoneo, in quanto compatibile con le sterilizzatrici a gas plasma di perossido di idrogeno maggiormente diffuse.

La Commissione procede quindi con la disamina dei campioni testati presso le Centrali di Sterilizzazione dei Presidi Ospedalieri di Cittadella e Santorso, ai fini della valutazione, LOTTO per LOTTO, secondo i parametri di valutazione previsti nell'Allegato 6 al Disciplinare di gara e che qui devono intendersi integralmente richiamati.

#### **LOTTO 2**

#### **BUSTE PIATTE IN ACCOPPIATO TESSUTO NON TESSUTO/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA DI PEROSSIDO DI IDROGENO**

##### **I-TEMA**

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

#### **LOTTO 5**

#### **ROTOLI IN TESSUTO NON TESSUTO/FILM PLASTICO PIATTI PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA DI PEROSSIDO DI IDROGENO**

##### **I-TEMA**

Con riferimento ai prodotti presentati dalle ditte per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

##### **CHEMIL**

Con riferimento ai prodotti presentati dalle ditte per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

#### **LOTTO 11**

#### **INDICATORI CHIMICI MULTIPARAMETRO A STRISCIA, A CAMBIAMENTO DI COLORE, PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA DI PEROSSIDO DI IDROGENO**

##### **MEDIX**

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

##### **HOSPITAL PROGRAMS**

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

##### **BS EXPORT**

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

La Ditta BS EXPORT, avendo ottenuto un punteggio complessivo pari a punti 14/30, inferiore quindi al punteggio minimo di 18/30 previsto dal Disciplinare di gara per l'ammissione all'apertura dell'offerta economica, viene esclusa dalla gara per il LOTTO 11.

#### **LOTTO 15**

#### **INDICATORI BIOLOGICI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE (LETTURA RAPIDA A 3-5 ORE)**

#### **CHEMIL**

La Commissione Giudicatrice non ha riscontrato la presenza dell'incubatore all'interno dell'involucro contenente la campionatura, necessario per la valutazione del corrispondente parametro *"Incubatore: presenza allarme, semplicità di utilizzo, ingombro in relazione alla capienza, tempi di sostituzione in caso di guasto"*.

Pertanto, la Commissione, unanimemente, decide di richiedere alla Ditta, ad integrazione della campionatura già presentata, n. 1 incubatore in conto visione.

La Commissione, per le ragioni sopra esposte, rinvia la valutazione del LOTTO in esame alla prossima seduta, nelle more della ricezione da parte della Ditta CHEMIL dell'incubatore.

#### **LOTTO 16**

##### **INDICATORI BIOLOGICI PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA DI PEROSSIDO DI IDROGENO (LETTURA A 24 – 48 ORE)**

#### **MEDIX**

La Commissione Giudicatrice non ha riscontrato la presenza dell'incubatore all'interno dell'involucro contenente la campionatura, necessario per la valutazione del corrispondente parametro *"Incubatore: presenza allarme, semplicità di utilizzo, ingombro in relazione alla capienza, tempi di sostituzione in caso di guasto"*.

Pertanto, la Commissione, unanimemente, decide di richiedere alla Ditta, ad integrazione della campionatura già presentata, n. 1 incubatore in conto visione.

La Commissione, per le ragioni sopra esposte, rinvia la valutazione del LOTTO in esame alla prossima seduta, nelle more della ricezione da parte della Ditta MEDIX dell'incubatore.

#### **LOTTO 17**

##### **SISTEMA INDICATORE E DISPOSITIVO DI PROVA PER PROCESSI DI STERILIZZAZIONE A VAPORE DEI CORPI CAVI MONOUSO**

#### **I-TEMA**

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta I-TEMA per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.


Alle ore 13,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori al giorno 21/09/2015 alle ore 8,45 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 – Padova.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Dott.ssa Carla Destro

I COMPONENTI: Dott. Filippo Sconza

Sig. Ermes Carollo








**LOTTO 2**

**BUSTE PIATTE IN ACCOPPIATO TESSUTO NON TESSUTO/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA DI PEROSSIDO DI IDROGENO**

Parametro di valutazione	I-TEMA		
	Punteggio Max attribuibile	Punteggio assegnato	Giudizio
Assenza di delaminazione all'apertura	10	10	assente la delaminazione all'apertura
Viraggio degli indicatori con riferimento alla loro facilità di lettura	10	10	ottimo il viraggio degli indicatori
Esaustività della scheda tecnica	5	5	esaustiva la scheda tecnica presentata
Confezionamento	5	5	confezione presente, facilmente stoccabile, con apertura agevole e informazioni esaustive
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	



**LOTTO 5**

**ROTOLI IN TESSUTO NON TESSUTO/FILM PLASTICO PIATTI PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA DI PEROSSIDO DI IDROGENO (Unità di misura in metri; misure varie)**

Parametro di valutazione	Punteggio Max attribuibile	I-TEMA		CHEMIL	
		Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio
Assenza di delaminazione all'apertura	10	9	in alcuni casi si è determinata la delaminazione della busta all'atto dell'apertura	10	assente la delaminazione all'apertura
Viraggio degli indicatori con riferimento alla loro facilità di lettura	10	10	ottimo il viraggio degli indicatori (viraggio evidente: da giallo ad azzurro/blu)	6	discreto il viraggio (viraggio all'interno della stessa scala cromatica: da viola a rosa)
Esaustività della scheda tecnica	5	5	particolarmente esaustiva la scheda tecnica presentata (tutte le informazioni sono contenute nella scheda tecnica, anche quelle riportate nelle certificazioni allegate, permettendo così all'operatore un'immediata fruibilità delle stesse)	4	esaustiva la scheda tecnica presentata
Confezionamento	5	5	buono il confezionamento presentato ed esaustive le informazioni riportate sullo stesso	1	non è stato presentato il confezionamento ma soltanto un sacchetto di nylon; assente l'etichetta
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>	<b>29</b>		<b>21</b>	






**LOTTO 11**

**INDICATORI CHIMICI MULTIPARAMETRO A STRISCIA, A CAMBIAMENTO DI COLORE, PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA DI PEROSSIDO DI IDROGENO (Unità di misura in pezzi)**

Parametro di valutazione	Punteggio Max attribuibile	MEDIX		HOSPITAL PROGRAMS		BS EXPORT	
		Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio
Presenza di più "spot" di viraggio (sequenziale) degli indicatori con riferimento alla loro facilità di lettura	10	10	presenti 3 spot di viraggio e superficie adeguata	8	presente 1 spot di viraggio e superficie adeguata	8	presente 1 spot di viraggio e superficie adeguata
Segnalazione di "sovrapposizione"	4	0	assente	0	assente	0	assente
Classe 5 EN ISO 11140-1	5	5	presente	0	assente	0	assente
Esaustività scheda tecnica	6	6	esaustiva la scheda tecnica presentata	6	esaustiva la scheda tecnica presentata	6	esaustiva la scheda tecnica presentata
Confezionamento	5	4	sufficiente il confezionamento presentato ed esaustiva l'etichetta	4	sufficiente il confezionamento presentato ed esaustiva l'etichetta	0	assenti il confezionamento e l'etichetta
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>	<b>25</b>		<b>18</b>		<b>14</b>	

La Ditta BS EXPORT viene esclusa in quanto il punteggio è inferiore alla soglia minima di 18/30




LOTTO 17

**SISTEMA INDICATORE E DISPOSITIVO DI PROVA PER PROCESSI DI STERILIZZAZIONE A VAPORE DEI CORPI CAVI  
MONOUSO (Unità di misura in pezzi)**

Parametro di valutazione	I-TEMA		
	Punteggio Max attribuibile	Punteggio assegnato	Giudizio
Viraggio degli indicatori con riferimento alla loro facilità di lettura	10	7	buono il viraggio degli indicatori
Presenza di film plastico	5	0	assente
Presenza di un sistema interpretativo del risultato	6	6	presente
Esaustività scheda tecnica	3	3	esaustiva la scheda tecnica
Semplicità di utilizzo con riferimento al rischio di compromissione del risultato da parte dell'operatore	3	3	semplice l'utilizzo del dispositivo
Confezionamento	3	3	presente la confezione ed esaustive le informazioni riportate sulla stessa
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	

