

**GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE
PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO**

**VERBALE DEL 19/05/2015
PRIMA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 19 del mese di maggio dell'anno 2015, alle ore 9,10 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio L. Gaudenzio 1 - Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura di Materiale per Sterilizzazione per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto, per la durata di tre anni, indetta con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 17 del 30/01/2015.

La Commissione, nominata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 43 del 22/04/2015, risulta così composta:

- Presidente: Dr.ssa Carla Destro
Direttore Medico di Presidio Ospedale "Immacolata Concezione" di Piove di Sacco
- Azienda ULSS 16
- Componente: Dr. Filippo Sconza
Dirigente Farmacista della U.O. Farmacia Ospedaliera di Cittadella - Azienda
ULSS 15 "Alta Padovana"
- Componente: Sig. Ermes Carollo
Coordinatore Infermieristico dei Blocchi operatori e delle Centrali di
Sterilizzazione dell'Azienda ULSS 4 "Alto Vicentino"

mentre le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Roberta Padovan, in servizio presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità della Regione del Veneto.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente comunica che, in esito alla prima seduta pubblica di gara, tenutasi il 18 marzo 2015 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, i sotto indicati operatori economici sono stati ammessi al prosieguo della gara, a seguito del riscontro positivo della documentazione amministrativa presentata dai medesimi a corredo dell'offerta, come risulta dal verbale dell'Ufficiale Rogante (Rep. n. 7266 – Racc. n. 6548) del quale viene data lettura:

- 1) MEDLINE INTERNATIONAL ITALY con sede in Sesto Fiorentino (FI)
- 2) F.A.S.E. S.r.l. con sede in Bisceglie (BT)
- 3) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. con sede in Pomezia (Roma)
- 4) I-TEMA S.r.l. con sede in Concorezzo (MB)
- 5) MEDIX ITALIA S.r.l. con sede in Torino
- 6) 3M ITALIA S.r.l. con sede in Pioltello (MI)
- 7) ID&CO S.r.l. con sede in San Giuliano Milanese (MI)
- 8) HOSPITAL PROGRAMS S.r.l. con sede in Milano
- 9) BS EXPORT S.r.l. con sede in Reggio Emilia
- 10) DENTAL WORLD S.r.l. con sede in Molfetta (BA)
- 11) CHEMIL S.r.l. con sede in Padova

12) AIESI HOSPITAL SERVICE S.a.s. con sede in Napoli.

Il Presidente prende atto che il Disciplinare di gara prescriveva quanto segue in ordine alla documentazione tecnica da presentare a corredo dell'offerta e riscontra, quindi, all'interno delle buste contenenti l'offerta tecnica delle sopra elencate Ditte ammesse, la presenza di tutta la documentazione, così come prescritta dal Disciplinare di gara.

Il Presidente, quindi, richiama i contenuti dell'articolo 7 del Disciplinare di gara, il quale prevede che l'aggiudicazione avvenga a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

La procedura di valutazione dell'offerta prevede, per ognuno dei seguenti LOTTI di gara, l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri:

Per i LOTTI nn. 1 (a, b), 2, 3, 4 (a, b), 5, 6, 8, 9, 10 (a, b), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 (a, b)
Offerta tecnica (max punti 30/100), Offerta economica (max punti 70/100);

Per il LOTTO n. 7
Offerta tecnica (max punti 40/100), Offerta economica (max punti 60/100);

Per i LOTTI nn. 19, 20 e 21
Offerta tecnica (max punti 20/100), Offerta economica (max punti 80/100).

La Commissione giudicatrice all'uopo nominata esprimerà una valutazione tecnico-qualitativa, sulla base della documentazione tecnica e della campionatura pervenuta dalle Ditte concorrenti. I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono riportati nell'Allegato 6 al Disciplinare di gara dal titolo "Criteri di valutazione".

Saranno escluse dalla gara le offerte che, sulla base della documentazione tecnica e dei campioni inviati dalle Ditte concorrenti, risulteranno non conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

Non verranno ammesse all'apertura delle offerte economiche, per ciascun lotto, le ditte che totalizzeranno un punteggio di qualità inferiore a **18/30** per i LOTTI nn. 1 (a, b), 2, 3, 4 (a, b), 5, 6, 8, 9, 10 (a, b), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 (a, b), a **24/40** per il LOTTO n. 7, a **12/20** per i LOTTI nn. 19, 20 e 21.

La Commissione prende atto, infine, che i LOTTI NN. 6 e 8 andranno deserti, in mancanza di offerte pervenute.

Il Presidente e gli altri membri della Commissione procedono, quindi, all'analisi congiunta della documentazione tecnica, contenuta nella busta n. 2, presentata dai concorrenti ammessi, LOTTO per LOTTO, al fine di verificarne la conformità alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

LOTTO 1

BUSTE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE ED OSSIDO DI ETILENE (ETO)

1 Sub A)

BUSTE PIATTE IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE ED ETO

1 Sub B)

BUSTE CON SOFFIETTO IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE ED ETO

Con riferimento ai sub LOTTI in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

DENTAL WORLD

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
1 A	Buste per sterilizzazione	BSOGCE**X**	SOGEVA	BSOGCE**X**
1B	Buste per sterilizzazione con soffietto	BSSOGCE**X**	SOGEVA	BSSOGCE**X**

La Commissione Giudicatrice, in corso di disamina della documentazione tecnica presentata da codesta Ditta, ha rilevato quanto segue:

- la presenza di tutte le misure prescritte nel Capitolato Tecnico di gara, ad eccezione della misura Sub A.14) (cm 20,5 x 27 \pm 2 cm di tolleranza in lunghezza e larghezza), per la quale la Ditta presenta la misura di cm 20 x 30, superando quindi di cm 1 la tolleranza prevista dal Capitolato Tecnico per la lunghezza.
Peraltro la Commissione rileva che detto scostamento è irrilevante ai fini del corretto uso del dispositivo in esame, in quanto non ne compromette in alcun modo il corretto utilizzo anche in considerazione del principio di equivalenza di all'art. 68, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
- la presenza della prescritta dichiarazione di conformità dei prodotti offerti alla normativa espressamente indicata nel Capitolato tecnico per il lotto in esame (Direttiva 93/42/CEE; EN ISO 11607-1 ; EN 868-3 e EN 868-5; EN ISO 11140-1).
Peraltro, la Commissione ha rilevato che le relative certificazioni, accluse nella busta B 'Documentazione Tecnica', non si riferiscono ai prodotti offerti, bensì a prodotti appartenenti a categorie merceologiche non attinenti ai lotti in argomento.
Pertanto, la Commissione, unanimemente, decide di richiedere alla Ditta l'invio delle idonee certificazioni a supporto della dichiarazione resa, inerenti il prodotto offerto.

CHEMIL

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
1 A	Buste piatte VERISTERIL	BP****	S.D.P. Medical Division Srl	BP****
1B	Buste a soffietto VERISTERIL	BS****	S.D.P. Medical Division Srl	BS****

La Commissione Giudicatrice, in corso di disamina della documentazione tecnica presentata da codesta Ditta, ha rilevato la presenza della prescritta dichiarazione di conformità del prodotto offerto alla normativa espressamente indicata nel Capitolato tecnico per il lotto in esame (Direttiva 93/42/CEE; EN ISO 11607-1 ; EN 868-3 e EN 868-5; EN ISO 11140-1).

Peraltro, la Commissione ha rilevato che le relative certificazioni, accluse nella busta B 'Documentazione Tecnica', non si riferiscono ai prodotti offerti, bensì a prodotti appartenenti a categorie merceologiche non attinenti ai lotti in argomento.

Pertanto, la Commissione, unanimemente, decide di richiedere alla Ditta l'invio delle idonee certificazioni a supporto della dichiarazione resa, inerenti il prodotto offerto.

LOTTO 2

BUSTE PIATTE IN ACCOPPIATO TESSUTO NON TESSUTO/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA DI PEROSSIDO DI IDROGENO

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

JOHNSON & JOHNSON

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
2	Busta Sterrad in Tyvek 4057B con indicatore chimico	125**	Advanced Sterilization Products – Johnson & Johnson Company Irvine, USA	125**

Conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

I-TEMA

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
2	Sterking – Buste piatte	LTS****	Wipak Oy	LTS****

Conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

LOTTO 3

BUSTE PIATTE AUTOSIGILLANTI IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE ED ETO

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

F.A.S.E

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
3	Buste per sterilizzazione autosigillanti	KP 0923	PMS Medikal Co.	KP 0923

La Commissione Giudicatrice, in corso di disamina della documentazione tecnica presentata da codesta Ditta, non ha rilevato la presenza della dichiarazione di conformità del prodotto offerto alla norma EN 868-3, come prescritto dal Capitolato Tecnico di gara.

Pertanto, la Commissione, unanimemente, decide di richiedere alla Ditta di indicare in quale parte dell'offerta prodotta sia verificabile la conformità del prodotto offerto alla EN 868-3.

DENTAL WORLD

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
3	Buste per sterilizzazione autosigillanti	ASOGCE**X**	SOGIVA	ASOGCE**X**

La Commissione Giudicatrice, in corso di disamina della documentazione tecnica presentata da codesta Ditta, ha rilevato quanto segue:

- la presenza di tutte le misure prescritte nel Capitolato Tecnico di gara, ad eccezione della misura Sub A.5) (cm 30 x 45 \pm 2 cm di tolleranza in lunghezza e larghezza), per la quale la Ditta presenta la misura di cm 33 x 47, superando quindi di cm 1 la tolleranza prevista dal Capitolato Tecnico per la larghezza.

Pertanto la Commissione rileva che detto scostamento è irrilevante ai fini del corretto uso del dispositivo in esame, in quanto non ne compromette in alcun modo il corretto utilizzo anche in considerazione del principio di equivalenza di all'art. 68, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

- la presenza della prescritta dichiarazione di conformità dei prodotti offerti alla normativa espressamente indicata nel Capitolato tecnico per i lotti in esame (Direttiva 93/42/CEE; EN ISO 11607-1; EN 868-3 e EN 868-5; EN ISO 11140-1).

Pertanto, la Commissione ha rilevato che le relative certificazioni, accluse nella busta B 'Documentazione Tecnica', non si riferiscono ai prodotti offerti, bensì a prodotti appartenenti a categorie merceologiche non attinenti ai lotti in argomento.

Pertanto, la Commissione, unanimemente, decide di richiedere alla Ditta l'invio delle idonee certificazioni a supporto della dichiarazione resa, inerenti il prodotto offerto.

AIESI HOSPITAL SERVICE

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
3	Buste per sterilizzazione autosigillanti a vapore e ETO STERIDIAMOND	SBA*****	ECS srl	SBA*****

Conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

LOTTO 4**ROTOLI PER LA STERILIZZAZIONE A VAPORE ED OSSIDO DI ETILENE (ETO)****4 Sub A)**

ROTOLI IN ACCOPPIATO CARTA/ FILM PLASTICO PIATTI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE ED ETO

4 Sub B)

ROTOLI IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO CON SOFFIETTO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE ED ETO

Con riferimento ai sub LOTTI in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

DENTAL WORLD

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
4 A	Rotoli per sterilizzazione	RSOGTUVCE***	SOGEVA	RSOGTUVCE***
4 B	Rotoli per sterilizzazione soffietto con	RSSOGTUVCE***	SOGEVA	RSSOGTUVCE***

Conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

CHEMIL

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
4 A	Rotoli piatti VERISTERIL	RF****	S.D.P. Medical Division Srl	RF****
4 B	Rotoli a soffietto VERISTERIL	RS****	S.D.P. Medical Division Srl	RS****

Conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

AIESI HOSPITAL SERVICE

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
4 A	Rotolo piatto per sterilizzazione a vapore e eto STERIDIAMOND	SRP****	Ecs srl	SRS****
4 B	Rotolo a soffietto per sterilizzazione a vapore e eto STERIDIAMOND	SRS****	Ecs srl	SRS****

La Commissione Giudicatrice, in corso di disamina della documentazione tecnica presentata da codesta Ditta, ha rilevato – con riferimento al lotto 4 sub B) la presenza di tutte le misure prescritte nel Capitolato Tecnico di gara, ad eccezione della misura Sub B.2) (cm 15 x 4/5,5), per la quale la Ditta presenta la misura di cm 15 x 6, superando quindi di cm 1 la larghezza prevista dal Capitolato Tecnico.

Peraltro la Commissione rileva che detto scostamento è irrilevante ai fini del corretto uso del dispositivo in esame, in quanto non ne compromette in alcun modo il corretto utilizzo anche in considerazione del principio di equivalenza di all'art. 68, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Pertanto il prodotto viene dichiarato conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

LOTTO 5

ROTOLI IN TESSUTO NON TESSUTO/FILM PLASTICO PIATTI PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA DI PEROSSIDO DI IDROGENO

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

F.A.S.E.

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
5	PMS Steripack - Rotoli in Tyvek	TY****	PMS Medikal Co.	TY****

Conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

JOHNSON & JOHNSON

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
5	Rotolo Sterrad in Tyvek 4057B con indicatore chimico	124**	Advanced Sterilization Products - Johnson & Johnson Company Irvine, USA	12***

Conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

I-TEMA

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
5	Steriking - Rotoli in Tyvek	LTR4*	Wipak Oy	LTR4*

Conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

CHEMIL

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
5	Rotoli in Tyvek Steribest	RT****	S.D.P. Medical Division Srl	RT****

Conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

LOTTO 7

MATERIALE PER INVOLUCRI IN TESSUTO NON TESSUTO CON CELLULOSA

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

MEDLINE

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
7	Gemini foglio per sterilizzazione medio	GEM31**	Mediline International France SAS	GEM31**

Conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

I-TEMA

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
7	Sterisheet Arjowrap 260 soft blue	QO***	Arjowiggins Healthcare	QO***

Conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

LOTTO 9

INDICATORI CHIMICI A NASTRO PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA DI PEROSSIDO DI IDROGENO IN ROTOLI

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

JOHNSON & JOHNSON

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
9	Indicatore chimico Sterrad a nastro Sealsure	14202	Advanced Sterilization Products – Johnson & Johnson Company Irvine, USA	14202

La commissione giudicatrice non ha riscontrato, all'interno della documentazione tecnica prodotta, l'indicazione della totale assenza di lattice, così come prescritto nel Capitolato Tecnico di gara.

Pertanto, la Commissione, unanimemente, decide di richiedere alla Ditta di indicare in quale parte della documentazione prodotta viene specificata la totale assenza di lattice nel prodotto offerto.

LOTTO 10

INDICATORI CHIMICI MULTIPARAMETRO A STRISCIA, A CAMBIAMENTO DI COLORE, PER STERILIZZAZIONE A VAPORE e PER STERILIZZAZIONE A ETO

10 Sub A)

INDICATORI CHIMICI MULTIPARAMETRO A STRISCIA, A CAMBIAMENTO DI COLORE, PER STERILIZZAZIONE A VAPORE

10 Sub B)

INDICATORI CHIMICI MULTIPARAMETRO A STRISCIA, A CAMBIAMENTO DI COLORE, PER STERILIZZAZIONE A ETO

Con riferimento ai sub LOTTI in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

I-TEMA

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
10 A	Integratori per vapore	PL CL5ST	Pharmalabel BV	117666
10 B	Integratori per ETO	PL CL5EO	Pharmalabel BV	117668

Conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

3M ITALIA

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
10 A	Comply Indicatore Multi-Parametro per controllo Sterilizzazione a Vapore	1250	3M Heath Care	1250
10 B	Comply Indicatore Multi-Parametro per controllo Sterilizzazione a Ossido di Etilene	1251	3M Heath Care	1251

Conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

BS EXPORT

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
10 A	ISP Dual STEAM Monitoringstrip	3FSKS645816	Interster International BV	3FSKS645816
10 B	EO GAS Indicator Strip	GIL-250	SPS Medica supply Corp.	GIL-250

Conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

LOTTO 11

INDICATORI CHIMICI MULTIPARAMETRO A STRISCIA, A CAMBIAMENTO DI COLORE, PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA DI PEROSSIDO DI IDROGENO

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

JOHNSON & JOHNSON

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
11	Indicatore chimico Sterrad a striscia	14100	Advanced Sterilization Products – Johnson & Johnson Company Irvine, USA	14100

La Commissione Giudicatrice, in corso di disamina della documentazione tecnica presentata da codesta Ditta, ha rilevato la presenza della dichiarazione di conformità del prodotto offerto alla norma EN ISO 11140-1, ma non ha individuato l'indicazione della conformità alla Classe 4 o Classe 5 della predetta norma, così come prescritto nel Capitolato Tecnico di gara.

Pertanto, la Commissione, unanimemente, decide di richiedere alla Ditta di indicare in quale parte della documentazione prodotta viene specificata la conformità del prodotto offerto alla Classe 4 o 5 della EN ISO 11140-1.

MEDIX

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
11	Indicatori di monitoraggio Steri-Record	214-209	GKE Gmbh	214-209

Conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

3M ITALIA

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
11	Comply Indicatore chimico per Gas Plasma	1248	3M Heath Care	1248

La Commissione Giudicatrice, in corso di disamina della documentazione tecnica presentata da codesta Ditta, ha rilevato la presenza della dichiarazione di conformità del prodotto offerto alla norma EN ISO 11140-1, ma non ha individuato l'espressa indicazione della conformità alla Classe 4 o Classe 5 così come prescritto nel Capitolato Tecnico di gara.

Pertanto, la Commissione, unanimemente, decide di richiedere alla Ditta di indicare in quale parte della documentazione prodotta viene specificata la conformità del prodotto offerto alla Classe 4 o 5 della EN ISO 11140-1.

HOSPITAL PROGRAMS

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
11	Indicatori multivariabili Vapour strip Browne per perossido di idrogeno	AB 2501	Albert Browne Ltd	AB 2501

Non è stata riscontrata, all'interno della documentazione tecnica prodotta, alcuna indicazione da cui si evinca che il supporto è esente da cellulosa, come prescritto dal Capitolato Tecnico di gara.

Pertanto, la Commissione, unanimemente, decide di richiedere alla Ditta in quale parte della documentazione tecnica prodotta sia riportata l'indicazione da cui si evinca che il supporto è esente da cellulosa.

BS EXPORT

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
11	Gas plasma Indicator Strip	GPS-250R	SPS medica supply Corp.	GPS-250R

Conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

LOTTO 12**INDICATORI CHIMICI A MIGRAZIONE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

I-TEMA

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
12	Integratore per vapore	PL CL5ST	Pharmalabel BV	117666

Conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

3M ITALIA

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
12	Comply SteriGage	1243A	3M Heath Care	1243A

Conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

LOTTO 13**INDICATORI CHIMICI – “TEST DI BOWIE DICK” PER STERILIZZAZIONE A VAPORE SISTEMA MONOUSO**

Con riferimento al LOTTO in esame, la Commissione procede all'attenta lettura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, al fine di valutare la conformità dei prodotti alle caratteristiche tecniche previste.

Dalla disamina di cui sopra, la Commissione rileva quanto segue:

I-TEMA

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
13	Bowie & Dick	PL BD	Pharmalabel BV	117991

Conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

3M ITALIA

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
13	Comply Bowie-Dick Test Pack	1302	3M Heath Care	1302

Conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

ID&CO

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
13	Steri-pak EU PLUS	BD 113+/ITL	SteriTec Product Mfg. Co. Inc.	BD 113+/ITL

Conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

HOSPITAL PROGRAMS

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
13	BOWIE-DICK PACK Browne monouso	AB 2352	Albert Browne Ltd	AB 2352

Conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

BS EXPORT

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
13	BOWIE & DICK TEST PACK	3FSKS610804	Interster International BV	3FSKS610804

Conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

CHEMIL

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
13	BOWIE-DICK TEST PACK	15.100.039	FAMOS Medizintechnik Vertriebs Gmbh	15.100.039

Conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

AIESI HOSPITAL SERVICE

Lotto	Nome commerciale del prodotto offerto	Codice prodotto offerto	Ragione sociale fabbricante	Ref prodotto offerto
13	Test di Bowie-Dick EC Steam 98S	ST59	Ecs srl	ST59

Conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

Alle ore 13,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori al giorno 03/06/2015 alle ore 8,45 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio L. Gaudenzio 1 - Padova, per proseguire con l'analisi congiunta della documentazione tecnica, contenuta nella busta n. 2, presentata dai concorrenti ammessi, LOTTO per LOTTO, al fine di verificarne la conformità alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Dott.ssa Carla Destro



I COMPONENTI: Dott. Filippo Sconza



Sig. Ermes Carollo





