

**GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA  
PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE  
PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO**

**VERBALE DEL 21/09/2015  
SESTA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 21 del mese di settembre dell'anno 2015, alle ore 9,20 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio L. Gaudenzio 1 – Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura di Materiale per Sterilizzazione per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto, per la durata di tre anni, indetta con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 17 del 30/01/2015.

La Commissione, nominata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 43 del 22/04/2015, risulta così composta:

- Presidente: Dr.ssa Carla Destro  
Direttore Medico di Presidio Ospedale "Immacolata Concezione" di Piove di Sacco  
- Azienda ULSS 16
- Componente: Dr. Filippo Sconza  
Dirigente Farmacista della U.O. Farmacia Ospedaliera di Cittadella - Azienda  
ULSS 15 "Alta Padovana"
- Componente: Sig. Ermes Carollo  
Coordinatore Infermieristico dei Blocchi operatori e delle Centrali di  
Sterilizzazione dell'Azienda ULSS 4 "Alto Vicentino"

mentre le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Roberta Padovan, in servizio presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità della Regione del Veneto.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Vengono ripresi i lavori della precedente seduta riservata del 2 settembre 2015, come da relativo verbale, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

La Commissione, preliminarmente, prende atto che:

- è pervenuto al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, entro i termini previsti, l'incubatore richiesto alla ditta **MEDIX ITALIA** S.r.l. con nota del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità prot. n. 353949 in data 3 settembre 2015, per la valutazione del corrispondente parametro - LOTTO 16;
- non è pervenuto al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, entro i termini previsti, l'incubatore richiesto alla ditta **CHEMIL** S.r.l. con nota del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità prot. n. 353946 in data 3 settembre 2015, per la valutazione del corrispondente parametro - LOTTO 15;
- è pervenuto al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, entro i termini previsti, il chiarimento della ditta **MEDLINE INTERNATIONAL ITALY** S.r.l. richiesto con nota del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità prot. n. 352431 in data 2 settembre 2015, in ordine alla presenza di cellulosa nel materiale che compone il prodotto offerto per il LOTTO 7, riscontrando quanto segue.

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Ditta, la Commissione dichiara il prodotto offerto dalla medesima per il LOTTO 7 non conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, in quanto è composto da materiale privo di cellulosa, diversamente da quanto richiesto.

**Pertanto la Commissione, unanimemente, esclude la Ditta MEDLINE per il LOTTO 7.**

La Commissione procede quindi con la disamina dei campioni testati presso le Centrali di Sterilizzazione dei Presidi Ospedalieri di Cittadella e Santorso, ai fini della valutazione, LOTTO per LOTTO, secondo i parametri di valutazione previsti nell'Allegato 6 al Disciplinare di gara e che qui devono intendersi integralmente richiamati.

#### **LOTTO 7**

##### **MATERIALE PER INVOLUCRI IN TESSUTO NON TESSUTO CON CELLULOSA**

#### **I-TEMA**

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

#### **LOTTO 15**

##### **INDICATORI BIOLOGICI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE (LETTURA RAPIDA A 3-5 ORE)**

#### **CHEMIL**

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

#### **LOTTO 16**

##### **INDICATORI BIOLOGICI PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA DI PEROSSIDO DI IDROGENO (LETTURA A 24 – 48 ORE)**

#### **MEDIX**

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

#### **LOTTO 18**

##### **SISTEMA INDICATORE E DISPOSITIVO DI PROVA PER PROCESSI DI STERILIZZAZIONE A VAPORE DEI CORPI CAVI RIUTILIZZABILE**

Con riferimento ai prodotti presentati dalle ditte I-TEMA, ID&CO e BS EXPORT per il lotto in esame, la Commissione rileva che gli stessi presentano una camera di alloggiamento dell'indicatore chimico composta di polipropilene, materiale non equivalente al PTFE previsto dalla norma EN UNI 867-5: 2004.

**Pertanto la Commissione, unanimemente, esclude le Ditte I-TEMA, ID&CO e BS EXPORT per il LOTTO 18.**

#### **MEDIX**

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per il lotto in esame, la Commissione rileva che non è stata riscontrata - all'interno della documentazione tecnica prodotta - alcuna indicazione circa l'eventuale presenza di film plastico sull'indicatore chimico.

Pertanto, la Commissione, unanimemente, decide di richiedere alla Ditta di indicare in quale parte della documentazione tecnica prodotta per il LOTTO 18 sia eventualmente riportata l'indicazione della presenza di film plastico sull'indicatore.

#### **CHEMIL**

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per il lotto in esame, la Commissione rileva che non è stata riscontrata - all'interno della documentazione tecnica prodotta - alcuna indicazione:

- sul materiale che compone il dispositivo, sia con riferimento alla camera di alloggiamento dell'indicatore chimico che con riferimento alla cannula;
- circa l'eventuale presenza di film plastico sull'indicatore chimico.

Pertanto, la Commissione, unanimemente, decide di richiedere alla Ditta di indicare in quale parte della documentazione tecnica prodotta per il LOTTO 18 siano riportate le indicazioni sulla natura del materiale che compone la camera di alloggiamento dell'indicatore e la cannula, nonché le eventuali indicazioni circa la presenza di film plastico sull'indicatore medesimo.

La Commissione, per le ragioni sopra esposte, rinvia la valutazione del LOTTO in esame alla prossima seduta, nelle more della ricezione da parte delle Ditte MEDIX e CHEMIL dei predetti chiarimenti.

#### **LOTTO 19**

**SIGILLI DI SICUREZZA AD ARCO CON INDICATORE DI PROCESSO A VAPORE PER CONTAINER TIPO “AESCULAP STERIL CONTAINER SYSTEM”**

#### **BS EXPORT**

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

#### **LOTTO 20**

**SIGILLI DI SICUREZZA A BOTTONE CON INDICATORE DI PROCESSO A VAPORE PER CONTAINER TIPO “MARTIN EUROCONTAINER SYSTEM”**

#### **ID&CO**

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

#### **BS EXPORT**

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

La Ditta BS EXPORT, avendo ottenuto un punteggio complessivo pari a punti 9/20, inferiore quindi al punteggio minimo di 12/20 previsto dal Disciplinare di gara per l'ammissione all'apertura dell'offerta economica, viene esclusa dalla gara per il LOTTO 20.

#### **LOTTO 21**

**FILTRI MONOUSO PER CONTAINER CON INDICATORE DI PROCESSO A VAPORE PER CONTAINER TIPO “AESCULAP STERIL CONTAINER SYSTEM”**

#### **ID&CO**

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

#### **BS EXPORT**

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

#### **LOTTO 22**

## **DISPOSITIVI DI CONTROLLO E VALIDAZIONE DI EFFICACIA DELLA PULIZIA DEI TERMODISINFETTORI**

### **22 Sub A)**

#### **DISPOSITIVI DI CONTROLLO E VALIDAZIONE DI EFFICACIA DELLA PULIZIA DEI TERMODISINFETTORI SPECIFICI PER CARICHI PIANI**

### **22 Sub B)**

#### **DISPOSITIVI DI CONTROLLO E VALIDAZIONE DI EFFICACIA DELLA PULIZIA DEI TERMODISINFETTORI SPECIFICI PER CORPI CAVI**

### **ID&CO**

Con riferimento ai prodotti presentati dalla ditta per i due sub lotti in esame, la Commissione rileva che gli stessi con sono conformi alle prescrizione del Capitolato Tecnico di seguito riportata: *“devono essere in grado di fornire risposte graduali intermedie, permettendo di identificare le cause di un eventuale malfunzionamento del termodisinfettore e di suggerire, conseguentemente, le modifiche dei parametri del ciclo”*.

**Pertanto la Commissione, unanimemente, esclude la Ditta ID&CO per il LOTTO 22 sub A) e sub B).**

### **MEDIX**

Con riferimento ai prodotti presentati dalla ditta per i due sub lotti in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.


Alle ore 13,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori al giorno 21/09/2015 alle ore 8,45 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio, 1 – Padova.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Dott.ssa Carla Destro

I COMPONENTI: Dott. Filippo Sconza

Sig. Ermes Carollo



**LOTTO 7****MATERIALE PER INVOLUCRI IN TESSUTO NON TESSUTO CON CELLULOSA**

I-TEMA			
Parametro di valutazione	Punteggio Max attribuibile	Punteggio assegnato	Giudizio
Memoria di forma	12	12	ottima memoria di forma
Drappeggiabilità, morbidezza	12	6	sufficienti la drappeggiabilità e la morbidezza
Resistenza alla trazione nella corrente pratica clinica	2	0	la carta non è resistente alla trazione
Grammatura vicino a 60 gr/mq	4	4	60 gr/mq da scheda tecnica
Esaustività della scheda tecnica	5	5	particolarmente esaustiva la scheda tecnica presentata (tutte le informazioni sono contenute nella scheda tecnica, anche quelle riportate nelle certificazioni allegate, permettendo così all'operatore un'immediata fruibilità
Confezionamento	5	5	buono il confezionamento presentato ed esaustive le informazioni riportate sullo stesso
<b>TOTALE</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	



**LOTTO 15****INDICATORI BIOLOGICI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE (LETTURA RAPIDA A 3-5 ORE) (Unità di misura in fiale)**

<b>CHEMIL</b>			
<b>Parametro di valutazione</b>	<b>Punteggio Max attribuibile</b>	<b>Punteggio assegnato</b>	<b>Giudizio</b>
Viraggio degli indicatori con riferimento alla loro facilità di lettura	10	9	molto buono il viraggio degli indicatori
Incubatore: presenza allarme, semplicità di utilizzo, ingombro in relazione alla capienza, tempi di sostituzione in caso di guasto	5	0	non è stato presentato l'incubatore
Esaustività scheda tecnica	5	5	esaustiva la scheda tecnica presentata
Facilità di rottura dell'ampolla (attivazione del sistema)	5	5	facile e rapida la manovra di apertura
Confezionamento	5	5	buono il confezionamento presentato ed esaustive le informazioni riportate sullo stesso
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	








**LOTTO 16**

**INDICATORI BIOLOGICI PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA DI PEROSSIDO DI IDROGENO (LETTURA A 24 – 48 ORE) (Unità di misura in fiale)**

Parametro di valutazione	MEDIX		
	Punteggio Max attribuibile	Punteggio assegnato	Giudizio
Viraggio degli indicatori con riferimento alla loro facilità di lettura	10	5	l'indicatore di viraggio presente sulla fiala non è di facile lettura
Attestazione di interpretazione del risultato a 24 ore	8	8	facile la lettura dell'attestazione
Incubatore: presenza allarme, semplicità di utilizzo, ingombro in relazione alla capienza, tempi di sostituzione in caso di guasto	3	3	ottimo l'incubatore, in relazione alla semplicità di utilizzo, ingombro, capienza, ecc.
Esaustività scheda tecnica	3	3	esaustiva la scheda tecnica presentata
Facilità di rottura dell'ampolla (attivazione del sistema)	3	3	facile la rottura dell'ampolla
Confezionamento	3	3	buono il confezionamento ed esaustive le informazioni riportate sullo stesso
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	





**LOTTO 19**

**SIGILLI DI SICUREZZA AD ARCO CON INDICATORE DI PROCESSO A VAPORE PER CONTAINER TIPO "AESCU LAP  
STERIL CONTAINER SYSTEM"**

Parametro di valutazione	BS EXPORT		
	Punteggio Max attribuibile	Punteggio assegnato	Giudizio
Viraggio degli indicatori con riferimento alla loro facilità di lettura	10	10	ottimo il viraggio degli indicatori
Facilità di utilizzo	5	4	la rottura del sigillo risulta a volte difficoltosa
Confezionamento	5	0	non sono stati presentati né il confezionamento né l'etichetta
<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	






**LOTTO 20**  
**SIGILLI DI SICUREZZA A BOTTONE CON INDICATORE DI PROCESSO A VAPORE PER CONTAINER TIPO "MARTIN**  
**EUROCONTAINER SYSTEM"**

Parametro di valutazione	Punteggio Max attribuibile	ID&CO		BS EXPORT	
		Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio
Viraggio degli indicatori con riferimento alla loro facilità di lettura	10	6	sufficiente il viraggio degli indicatori	4	insufficiente il viraggio degli indicatori
Facilità di utilizzo	5	5	facile l'utilizzo del dispositivo	5	facile l'utilizzo del dispositivo
Confezionamento	5	3	assente il confezionamento ma l'etichetta prodotta è esaustiva	0	non sono stati presentati né il confezionamento né l'etichetta
<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>14</b>		<b>9</b>	

La Ditta BS EXPORT viene esclusa in quanto  
il punteggio è inferiore alla soglia minima di  
12/20






**LOTTO 21**

**FILTRI MONOUSO PER CONTAINER CON INDICATORE DI PROCESSO A VAPORE PER CONTAINER TIPO "AESCLAP  
STERIL CONTAINER SYSTEM"**

Parametro di valutazione	ID&CO			BS EXPORT	
	Punteggio Max attribuibile	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio
Viraggio degli indicatori con riferimento alla loro facilità di lettura	15	15	ottimo il viraggio degli indicatori	15	ottimo il viraggio degli indicatori
Confezionamento	5	3	assente il confezionamento ma l'etichetta prodotta è esaustiva	0	non sono stati presentati né il confezionamento né l'etichetta
<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>18</b>		<b>15</b>	







**LOTTO 22**

**DISPOSITIVI DI CONTROLLO E VALIDAZIONE DI EFFICACIA DELLA PULIZIA DEI TERMODISINFETTORI**

**Sub A)**

**DISPOSITIVI DI CONTROLLO E VALIDAZIONE DI EFFICACIA DELLA PULIZIA DEI TERMODISINFETTORI SPECIFICI PER CARICHI PIANI**

Parametro di valutazione	MEDIX	
	Punteggio Max attribuibile	Punteggio assegnato Giudizio
Praticità del sistema di ancoraggio	10	10 ottimo il sistema di ancoraggio
Semplicità di utilizzo con riferimento al rischio di compromissione del risultato da parte dell'operatore	10	10 facile e sicuro l'utilizzo del dispositivo
Chiarezza del sistema interpretativo del risultato (etichetta e poster)	5	5 poster presente ed esaustivo
Confezionamento	5	5 buono il confezionamento presentato ed esaustive le informazioni riportate sullo
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

**Sub B)**

**DISPOSITIVI DI CONTROLLO E VALIDAZIONE DI EFFICACIA DELLA PULIZIA DEI TERMODISINFETTORI SPECIFICI PER CORPI CAVI**

Parametro di valutazione	MEDIX	
	Punteggio Max attribuibile	Punteggio assegnato Giudizio
Praticità del sistema di ancoraggio	8	8 ottimo il sistema di ancoraggio
Semplicità di utilizzo con riferimento al rischio di compromissione del risultato da parte dell'operatore	8	8 facile e sicuro l'utilizzo del dispositivo
Dispositivo di prova: semplicità di utilizzo, tempi di sostituzione in caso di guasto	6	6 ottimo il dispositivo di prova
Chiarezza del sistema interpretativo del risultato (etichetta e poster)	4	4 poster presente ed esaustivo
Confezionamento	4	4 buono il confezionamento presentato ed esaustive le informazioni riportate sullo
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

