

**GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE
PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO**

**VERBALE DEL 01/07/2015
QUARTA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 1 del mese di luglio dell'anno 2015, alle ore 9,20 presso la sede del Magazzino Economale della AO di Padova, situato in V.le Navigazione Interna n. 38 – Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura di Materiale per Sterilizzazione per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto, per la durata di tre anni, indetta con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 17 del 30/01/2015.

La Commissione, nominata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 43 del 22/04/2015, risulta così composta:

- Presidente: Dr.ssa Carla Destro
Direttore Medico di Presidio Ospedale “Immacolata Concezione” di Piove di Sacco
- Azienda ULSS 16
- Componente: Dr. Filippo Sconza
Dirigente Farmacista della U.O. Farmacia Ospedaliera di Cittadella - Azienda
ULSS 15 “Alta Padovana”
- Componente: Sig. Ermes Carollo
Coordinatore Infermieristico dei Blocchi operatori e delle Centrali di
Sterilizzazione dell'Azienda ULSS 4 “Alto Vicentino”

mentre le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Roberta Padovan, in servizio presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità della Regione del Veneto.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Vengono ripresi i lavori della precedente seduta riservata del 17 giugno 2015, come da relativo verbale, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

La Commissione, preliminarmente, prende atto che è stato trasmesso dalla ditta ID&CO S.r.l., entro i termini previsti, il supporto richiesto con nota del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità prot. n. 255600 del 19/06/2015.

La Commissione procede quindi con la disamina dei campioni testati presso le Centrali di Sterilizzazione dei Presidi Ospedalieri di Cittadella e Santorso, ai fini della valutazione, LOTTO per LOTTO, secondo i parametri di valutazione previsti nell'Allegato 6 al Disciplinare di gara e che qui devono intendersi integralmente richiamati.

LOTTO 1

BUSTE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE ED OSSIDO DI ETILENE (ETO)

1 Sub A)

BUSTE PIATTE IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE ED ETO

1 Sub B)

BUSTE CON SOFFIETTO IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE ED ETO

DENTAL WORLD

Dall'esame del campione di cui al sub lotto A), la Commissione rileva che il prodotto presenta il simbolo del monouso (due barrato), diversamente da quanto previsto nel Capitolato Tecnico, laddove prescrive quanto segue: *"Sulle buste non devono essere riportate stampe non previste dalle normative citate, che possano generare confusione (ad esempio: data di scadenza; simbolo di prodotto monouso; ecc.)"*

Il prodotto pertanto viene dichiarato non conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e la Ditta DENTAL WORLD viene esclusa dalla gara per l'intero LOTTO 1 - Sub A) e Sub B).

CHEMIL

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta CHEMIL per i sub lotti in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

LOTTO 2

BUSTE PIATTE IN ACCOPPIATO TESSUTO NON TESSUTO/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA DI PEROSSIDO DI IDROGENO

JOHNSON & JOHNSON

A pag. 11 della documentazione tecnica, viene dichiarato che i prodotti presentati (buste STERRAD in Tyvek) sono realizzati esclusivamente per il confezionamento di strumenti sottoposti a sterilizzazione mediante i sistemi di sterilizzazione STERRAD.

Pertanto, la Commissione, unanimemente, decide di richiedere alla Ditta di indicare in quale parte dell'offerta prodotta sia verificabile la compatibilità dei prodotti offerti con le sterilizzatrici a gas plasma di perossido di idrogeno maggiormente diffuse.

La Commissione, per le ragioni sopra esposte, rinvia la valutazione del LOTTO in esame alla prossima seduta, nelle more della ricezione da parte della Ditta JOHNSON & JOHNSON del predetto chiarimento.

LOTTO 3

BUSTE PIATTE AUTOSIGILLANTI IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE ED ETO

DENTAL WORLD

Dall'esame del campione, la Commissione rileva che il prodotto presenta il simbolo del monouso (due barrato), diversamente da quanto previsto nel Capitolato Tecnico, laddove prescrive quanto segue: *"Sulle buste non devono essere riportate stampe non previste dalle normative citate, che possano generare confusione (ad esempio: data di scadenza; simbolo di prodotto monouso; ecc.)"*

Il prodotto pertanto viene dichiarato non conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e la Ditta DENTAL WORLD viene esclusa dalla gara per il LOTTO 3.

AIESI HOSPITAL SERVICE

Dall'esame del campione, la Commissione rileva che sulla busta non è riportato il numero del lotto, diversamente da quanto prescritto dal Capitolato Tecnico. Il prodotto risulta non conforme alla normativa EN 868-5, che prevede espressamente la necessità di dichiarare il numero del lotto su buste e tubolari al fine di delineare la storia del prodotto (paragrafo 4.6.1 – punto b).

Il prodotto pertanto viene dichiarato non conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e la Ditta AIESI HOSPITAL SERVICE viene esclusa dalla gara per il LOTTO 3.

A seguito delle predette esclusioni, il LOTTO 3 viene dichiarato deserto, per mancanza di offerte valide.

LOTTO 4

ROTOLI PER LA STERILIZZAZIONE A VAPORE ED OSSIDO DI ETILENE (ETO)

4 Sub A)

ROTOLI IN ACCOPPIATO CARTA/ FILM PLASTICO PIATTI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE ED ETO

4 Sub B)

ROTOLI IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO CON SOFFIETTO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE ED ETO

DENTAL WORLD

Dall'esame del campione di cui al sub lotto A), la Commissione rileva che il prodotto presenta il simbolo del monouso (due barrato), diversamente da quanto previsto nel Capitolato Tecnico, laddove prescrive quanto segue: *"Sulle buste non devono essere riportate stampe non previste dalle normative citate, che possano generare confusione (ad esempio: data di scadenza; simbolo di prodotto monouso; ecc.)"*

Il prodotto pertanto viene dichiarato non conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e la Ditta DENTAL WORLD viene esclusa dalla gara per l'intero LOTTO 4 - Sub A) e Sub B).

AIESI HOSPITAL SERVICE

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per i sub lotti in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

CHEMIL

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per i sub lotti in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

LOTTO 5

ROTOLI IN TESSUTO NON TESSUTO/FILM PLASTICO PIATTI PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA DI PEROSSIDO DI IDROGENO

F.A.S.E.

Dall'esame del campione, la Commissione rileva che il prodotto presenta il simbolo del monouso (due barrato), diversamente da quanto previsto nel Capitolato Tecnico, laddove prescrive quanto segue: *"Sui rotoli non devono essere riportate stampe non previste dalle normative citate, che possano generare confusione (ad esempio: data di scadenza; ecc.)"*.

Il prodotto pertanto viene dichiarato non conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e la Ditta F.A.S.E. viene esclusa dalla gara per il LOTTO 5.

JOHNSON & JOHNSON

A pag. 11 della documentazione tecnica presentata dalla Ditta, viene dichiarato che i prodotti presentati (rotoli STERRAD in Tyvek) sono realizzati esclusivamente per il confezionamento di strumenti sottoposti a sterilizzazione mediante i sistemi di sterilizzazione STERRAD.

Pertanto, la Commissione, unanimemente, decide di richiedere alla Ditta di indicare in quale parte dell'offerta prodotta sia verificabile la compatibilità dei prodotti offerti con le sterilizzatrici a gas plasma di perossido di idrogeno maggiormente diffuse.

CHEMIL

La Commissione Giudicatrice, in corso di disamina della documentazione tecnica prodotta, non ha riscontrato alcuna indicazione circa la compatibilità del prodotto offerto con le sterilizzatrici a gas plasma di perossido di idrogeno maggiormente diffuse.

Pertanto, la Commissione, unanimemente, decide di richiedere alla Ditta di indicare in quale parte dell'offerta prodotta sia verificabile la suddetta compatibilità.

La Commissione, per le ragioni sopra esposte, rinvia la valutazione del LOTTO in esame alla prossima seduta, nelle more della ricezione da parte delle Ditte JOHNSON & JOHNSON e CHEMIL dei predetti chiarimenti.

LOTTO 7

MATERIALE PER INVOLUCRI IN TESSUTO NON TESSUTO CON CELLULOSA

MEDLINE

La Commissione Giudicatrice, in corso di disamina della documentazione tecnica prodotta, non ha riscontrato alcuna indicazione circa la presenza di cellulosa nel materiale offerto (polipropilene SSMMS), così come prescritto dal Capitolato Tecnico.

Pertanto, la Commissione, unanimemente, decide di richiedere alla Ditta di indicare in quale parte dell'offerta prodotta sia specificato quanto sopra.

La Commissione, per le ragioni sopra esposte, rinvia la valutazione del LOTTO in esame alla prossima seduta, nelle more della ricezione da parte della Ditta MEDLINE del predetto chiarimento.

LOTTO 10

INDICATORI CHIMICI MULTIPARAMETRO A STRISCIA, A CAMBIAMENTO DI COLORE, PER STERILIZZAZIONE A VAPORE e PER STERILIZZAZIONE A ETO

10 Sub A)

INDICATORI CHIMICI MULTIPARAMETRO A STRISCIA, A CAMBIAMENTO DI COLORE, PER STERILIZZAZIONE A VAPORE

10 Sub B)

INDICATORI CHIMICI MULTIPARAMETRO A STRISCIA, A CAMBIAMENTO DI COLORE, PER STERILIZZAZIONE A ETO

I-TEMA

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per i sub lotti in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

BS EXPORT

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per i sub lotti in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

3M ITALIA

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per i sub lotti in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

La Ditta 3M ITALIA, avendo ottenuto per entrambi i sub lotti un punteggio complessivo pari a punti 14/30, inferiore quindi al punteggio minimo di 18/30 previsto dal Disciplinare di gara per l'ammissione all'apertura dell'offerta economica, viene esclusa dalla gara l'intero LOTTO 10.

LOTTO 11

INDICATORI CHIMICI MULTIPARAMETRO A STRISCIA, A CAMBIAMENTO DI COLORE, PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA DI PEROSSIDO DI IDROGENO

HOSPITAL PROGRAMS

La Commissione Giudicatrice, in corso di disamina della documentazione tecnica prodotta, non ha riscontrato alcuna indicazione circa la compatibilità del prodotto offerto con le sterilizzatrici a gas plasma di perossido di idrogeno maggiormente diffuse.

Pertanto, la Commissione, unanimemente, decide di richiedere alla Ditta di indicare in quale parte dell'offerta prodotta sia verificabile la suddetta compatibilità.

La Commissione, per le ragioni sopra esposte, rinvia la valutazione del LOTTO in esame alla prossima seduta, nelle more della ricezione da parte della Ditta HOSPITAL PROGRAMS del predetto chiarimento.

LOTTO 12

INDICATORI CHIMICI A MIGRAZIONE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE

3M ITALIA

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

I-TEMA

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

La Ditta I-TEMA, avendo ottenuto un punteggio complessivo pari a punti 11/30, inferiore quindi al punteggio minimo di 18/30 previsto dal Disciplinare di gara per l'ammissione all'apertura dell'offerta economica, viene esclusa dalla gara per il LOTTO 12.

LOTTO 13

INDICATORI CHIMICI – “TEST DI BOWIE DICK” PER STERILIZZAZIONE A VAPORE SISTEMA MONOUSO

I-TEMA

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

3M ITALIA

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

ID&CO

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

HOSPITAL PROGRAMS

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

BS EXPORT

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

CHEMIL

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

AIESI HOSPITAL SERVICE

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.


Alle ore 16,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori al giorno 02/09/2015 alle ore 9,15 presso la sede del Magazzino Economico della AO di Padova, per proseguire con la valutazione dei prodotti offerti dalle ditte ammesse, lotto per lotto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Dott.ssa Carla Destro



I COMPONENTI: Dott. Filippo Sconza



Sig. Ermete Carollo



LOTTO 1

Sub A)

BUSTE PIATTE IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE ED ETO

Parametro di valutazione	CHEMIL		
	Punteggio Max attribuibile	Punteggio assegnato	Giudizio
Assenza di delaminazione all'apertura	10	10	assente la delaminazione all'apertura
Viraggio degli indicatori con riferimento alla loro facilità di lettura	10	10	ottimo il viraggio degli indicatori
Esaustività della scheda tecnica	5	5	esaustiva la scheda tecnica
Confezionamento	5	3	assente la confezione ma l'etichetta prodotta in fotocopia è esaustiva
TOTALE	30	28	

Sub B)

**BUSTE CON SOFFIETTO IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE ED ETO (unità di
misura in pezzi; misure varie)**

Parametro di valutazione	CHEMIL		
	Punteggio Max attribuibile	Punteggio assegnato	Giudizio
Assenza di delaminazione all'apertura	10	10	assente la delaminazione all'apertura
Viraggio degli indicatori con riferimento alla loro facilità di lettura	10	10	ottimo il viraggio degli indicatori
Esaustività della scheda tecnica	5	5	esaustiva la scheda tecnica
Confezionamento	5	3	assente la confezione ma l'etichetta prodotta in fotocopia è esaustiva
TOTALE	30	28	

ea
P
J

LOTTO 4

Sub A)

ROTOLI IN ACCOPPIATO CARTA/ FILM PLASTICO PIATTI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE ED ETO

Parametro di valutazione	CHEMIL			AIESI HOSPITAL SERVICE	
	Punteggio Max attribuibile	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio
Assenza di delaminazione all'apertura	10	5	la carta a volte si rompe al di fuori del margine di sicurezza	5	la carta a volte si rompe al di fuori del margine di sicurezza
Viraggio degli indicatori con riferimento alla loro facilità di lettura	10	10	ottimo il viraggio degli indicatori	10	ottimo il viraggio degli indicatori
Esaustività della scheda tecnica	5	4	esaustiva la scheda tecnica presentata	5	particolarmente esaustiva la scheda tecnica presentata per la presenza, tra l'altro, di indicazioni su "salute e sicurezza" nonché descrizione del prodotto sia nella sua interezza che nelle due componenti (carta e plastica)
Confezionamento	5	2	assente la confezione ma l'etichetta prodotta in fotocopia è esaustiva	0	assenti la confezione e l'etichetta
TOTALE	30	21		20	

Sub B)

ROTOLI IN ACCOPPIATO CARTA FILM PLASTICO CON SOFFIETTO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE ED ETO

Parametro di valutazione	CHEMIL			AIESI HOSPITAL SERVICE	
	Punteggio Max attribuibile	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio
Assenza di delaminazione all'apertura	10	5	la carta a volte si rompe al di fuori del margine di sicurezza	5	la carta a volte si rompe al di fuori del margine di sicurezza
Viraggio degli indicatori con riferimento alla loro facilità di lettura	10	10	ottimo il viraggio degli indicatori	10	ottimo il viraggio degli indicatori
Esaustività della scheda tecnica	5	4	esaustiva la scheda tecnica presentata	5	particolarmente esaustiva la scheda tecnica presentata per la presenza, tra l'altro, di indicazioni su "salute e sicurezza" nonché descrizione del prodotto sia nella sua interezza che nelle due componenti (carta e plastica)
Confezionamento	5	2	assente la confezione ma l'etichetta prodotta in fotocopia è esaustiva	0	la ditta non presenta né la confezione né l'etichetta
TOTALE	30	21		20	

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

LOTTO 10

Sub A)

INDICATORI CHIMICI MULTIPARAMETRO A STRISCLA, A CAMBIAMENTO DI COLORE, PER STERILIZZAZIONE A VAPORE

Parametro di valutazione	Punteggio Max attribuibile	1-TEMA		3M ITALIA		BS EXPORT	
		Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio
Presenza di più "spot" di viraggio (sequenziale) degli indicatori con riferimento alla loro facilità di lettura	10	8	buona lettura del viraggio degli indicatori e spot di superficie adeguata	8	buona lettura del viraggio degli indicatori e spot di superficie adeguata	8	buona lettura del viraggio degli indicatori e spot di superficie adeguata
Segnalazione di "sovraesposizione"	4	0	assente	0	assente	4	presente
Classe 5 EN ISO 11140-1	5	5	presente	0	assente	0	assente
Esautività scheda tecnica	6	6	esaustiva la scheda tecnica presentata	6	esaustiva la scheda tecnica presentata	6	esaustiva la scheda tecnica presentata
Confezionamento	5	0	la ditta non presenta né la confezione né l'etichetta	0	la ditta non presenta né la confezione né l'etichetta	0	la ditta non presenta né la confezione né l'etichetta
TOTALE	30	19		14		18	

La Ditta 3M ITALIA viene esclusa in quanto il punteggio è inferiore alla soglia minima di 18/30

Sub B)

INDICATORI CHIMICI MULTIPARAMETRO A STRISCLA, A CAMBIAMENTO DI COLORE, PER STERILIZZAZIONE A ETO

Parametro di valutazione	Punteggio Max attribuibile	1-TEMA		3M ITALIA		BS EXPORT	
		Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio
Presenza di più "spot" di viraggio (sequenziale) degli indicatori con riferimento alla loro facilità di lettura	10	8	buona lettura del viraggio degli indicatori e spot di superficie adeguata	8	buona lettura del viraggio degli indicatori e spot di superficie adeguata	8	buona lettura del viraggio degli indicatori e spot di superficie adeguata
Segnalazione di "sovraesposizione"	4	0	assente	0	assente	4	presente
Classe 5 EN ISO 11140-1	5	5	presente	0	assente	0	assente
Esautività scheda tecnica	6	6	esaustiva la scheda tecnica	6	esaustiva la scheda tecnica	6	esaustiva la scheda tecnica
Confezionamento	5	0	la ditta non presenta né la confezione né l'etichetta	0	la ditta non presenta né la confezione né l'etichetta	0	la ditta non presenta né la confezione né l'etichetta
TOTALE	30	19		14		18	

La Ditta 3M ITALIA viene esclusa in quanto il punteggio è inferiore alla soglia minima di 18/30

72

Handwritten signature

Handwritten signature

LOTTO 12**INDICATORI CHIMICI A MIGRAZIONE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE (Unità di misura in pezzi)**

Parametro di valutazione	Punteggio Max attribuibile	I-TEMA		3M ITALIA	
		Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio
Presenza di doppia finestra di lettura	10	0	assente	8	la striscia a scorrimento permette una buona lettura
Segnalazione di "sovrapposizione"	4	0	assente	0	assente
Classe 6 EN ISO 11140-1	5	0	assente	0	assente
Esaustività scheda tecnica	6	6	esaustiva la scheda tecnica	6	esaustiva la scheda tecnica
Confezionamento	5	5	buona la confezione presentata ed esaustive le informazioni riportate sulla stessa	4	esaustiva l'etichetta presentata; buono il confezionamento descritto in un'illustrazione acclusa al campione
TOTALE	30	11		18	

La Ditta I-TEMA viene esclusa in quanto il punteggio è inferiore alla soglia minima di 18/30



LOTTO 13
INDICATORI CHIMICI - "TEST DI BOWIE DICK" PER STERILIZZAZIONE A VAPORE - SISTEMA MONOUSO (Unità di misura in pezzi)

Parametro di valutazione	Punteggio Max attribuibile	I-TEMA		3M ITALIA		ID&CO		HOSPITAL PROGRAMS		BS EXPORT		CHEMIL		AIESI HOSPITAL SERVICE	
		Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio	Punteggio assegnato	Giudizio
Visiaggio degli indicatori con riferimento alla loro facilità di lettura	10	10	ottimo il viaggio degli indicatori	10	ottimo il viaggio degli indicatori	10	ottimo il viaggio degli indicatori	10	ottimo il viaggio degli indicatori	10	ottimo il viaggio degli indicatori	10	ottimo il viaggio degli indicatori	10	ottimo il viaggio degli indicatori
Chiarezza del sistema interpretativo del risultato (etichetta e poster)	5	2	sufficiente il sistema interpretativo del risultato (indicazione di causa e soluzione); facile l'interpretazione delle informazioni riportate sul poster	3	discreto il sistema interpretativo del risultato (indicazione di causa e soluzione); facile l'interpretazione delle informazioni riportate sul poster	5	buono il sistema interpretativo del risultato (indicazione di causa e soluzione); facile l'interpretazione delle informazioni riportate sul poster	4	sufficiente il sistema interpretativo del risultato (indicazione di causa e soluzione); facile l'interpretazione delle informazioni riportate sul poster	2	sufficiente il sistema interpretativo del risultato (indicazione di superato - non superato)	3	discreto il sistema interpretativo del risultato (indicazione di causa e soluzione); facile l'interpretazione delle informazioni riportate sul poster	0	poster ed etichetta non presentati
Esclusiva scheda tecnica	5	4	esattiva la scheda tecnica presentata	5	particolarmente esattiva la scheda tecnica presentata per la presenza di numerosi dettagli	4	esattiva la scheda tecnica presentata	4	esattiva la scheda tecnica presentata	4	esattiva la scheda tecnica presentata	5	particolarmente esattiva la scheda tecnica presentata per la presenza di numerosi dettagli	4	esattiva la scheda tecnica presentata
Semplicità di utilizzo con riferimento al rischio di compromissione del risultato da parte dell'operatore	5	4	si riscontra uno spazio non ottimale per riportare i dati relativi alla tracciabilità del processo che può rendere non agevole l'utilizzo	4	si riscontra uno spazio non ottimale per riportare i dati relativi alla tracciabilità del processo che può rendere non agevole l'utilizzo	5	l'utilizzo risulta semplice	5	l'utilizzo risulta semplice	5	l'utilizzo risulta semplice	5	l'utilizzo risulta semplice	4	si riscontra uno spazio non ottimale per riportare i dati relativi alla tracciabilità del processo che può rendere non agevole l'utilizzo
Confezionamento	5	3	buono il confezionamento ma l'etichetta presentata non è esattiva	2	sufficiente il confezionamento (costituito da un sacchetto di plastica riutilizzabile); l'etichetta presentata non è esattiva	3	buono il confezionamento (costituito da un sacchetto di plastica riutilizzabile); esattiva l'etichetta presentata in fotocopia	5	buono il confezionamento presentato ed esattiva l'etichetta	0	non è stata presentata nel confezionamento l'etichetta	3	assente la confezione mentre è presente l'etichetta esattiva	2	buono il confezionamento presentato ma l'etichetta è assente
TOTALE	30	23		24		27		28		21		26		20	

