

**GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA  
PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE  
PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO**

**VERBALE DEL 06/10/2015  
SETTIMA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il giorno 6 del mese di ottobre dell'anno 2015, alle ore 15,00 presso la sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio L. Gaudenzio 1 – Padova, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura di Materiale per Sterilizzazione per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto, per la durata di tre anni, indetta con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 17 del 30/01/2015.

La Commissione, nominata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 43 del 22/04/2015, risulta così composta:

- Presidente: Dr.ssa Carla Destro  
Direttore Medico di Presidio Ospedale “Immacolata Concezione” di Piove di Sacco  
- Azienda ULSS 16
- Componente: Dr. Filippo Sconza  
Dirigente Farmacista della U.O. Farmacia Ospedaliera di Cittadella - Azienda  
ULSS 15 “Alta Padovana”
- Componente: Sig. Ermes Carollo  
Coordinatore Infermieristico dei Blocchi operatori e delle Centrali di  
Sterilizzazione dell’Azienda ULSS 4 “Alto Vicentino”

mentre le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Roberta Padovan, in servizio presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità della Regione del Veneto.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Vengono ripresi i lavori della precedente seduta riservata del 21 settembre 2015, come da relativo verbale, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

La Commissione, preliminarmente, prende atto che sono pervenuti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, entro i termini previsti, i chiarimenti richiesti alle ditte **MEDIX ITALIA S.r.l.** e **CHEMIL S.r.l.** con note del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, rispettivamente prot. n. 377224 e prot. 377226 in data 22 settembre 2015, in ordine alle caratteristiche dei prodotti offerti dalle stesse per il LOTTO 18, riscontrando quanto segue.

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Ditta **CHEMIL**, la Commissione rileva che il prodotto offerto dalla medesima per il LOTTO 18 non è conforme alla norma EN 867-5: 2004 prescritta dal Capitolato Tecnico, ai sensi della quale il materiale di costruzione del dispositivo deve essere in politetrafluoroetilene (PTFE) o in altri materiali equivalenti.

In relazione al prodotto offerto, la Ditta dichiara che *“il dispositivo offerto si compone di una camera di alloggiamento per l'indicatore chimico in PTFE e di una cannula in polipropilene”*; pertanto, non potendosi considerare il polipropilene equivalente al PTFE, la Commissione dichiara il prodotto di cui trattasi non conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico.

**Pertanto la Commissione, unanimemente, esclude la Ditta CHEMIL per il LOTTO 18.**

La Commissione procede quindi con la disamina dei campioni testati presso le Centrali di Sterilizzazione dei Presidi Ospedalieri di Cittadella e Santorso, ai fini della valutazione del LOTTO 18 secondo i parametri di

valutazione previsti nell'Allegato 6 al Disciplinare di gara e che qui devono intendersi integralmente richiamati.

**LOTTO 18**

**SISTEMA INDICATORE E DISPOSITIVO DI PROVA PER PROCESSI DI STERILIZZAZIONE A VAPORE DEI CORPI CAVI RIUTILIZZABILE**

**MEDIX**

Con riferimento al prodotto presentato dalla ditta per il lotto in esame, la Commissione unanimemente attribuisce i punteggi di cui all'allegata tabella.

Alle ore 16,05 il Presidente dichiara chiusa la seduta e riconsegna, quindi, tutta la documentazione tecnica esaminata, affinché venga custodita in luogo sicuro e protetto presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità fino alla prossima Seduta pubblica di gara, nel corso della quale - ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare di gara - il Seggio di gara comunicherà i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche, procederà alla riparametrazione dei punteggi qualitativi assegnati secondo quanto previsto all'art. 7 del Disciplinare di gara nonché all'apertura delle offerte economiche per l'assegnazione del punteggio relativo al prezzo, ai fini della formulazione, in via provvisoria, della graduatoria finale (secondo i punteggi di qualità e di prezzo ottenuti).

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE: Dott.ssa Carla Destro



I COMPONENTI: Dott. Filippo Sconza



Sig. Ermes Carollo



**LOTTO 18****SISTEMA INDICATORE E DISPOSITIVO DI PROVA PER PROCESSI DI STERILIZZAZIONE A VAPORE DEI CORPI CAVI RIUTILIZZABILE**  
(Unità di misura in pezzi)

Parametro di valutazione	MEDIX		
	Punteggio Max attribuibile	Punteggio assegnato	Giudizio
Viraggio degli indicatori con riferimento alla loro facilità di	10	10	ottimo il viraggio degli indicatori
Presenza di film plastico	5	5	il dispositivo è caratterizzato da un'innovativa tecnica di polimerizzazione delle tacche di viraggio degli indicatori, che ottimizza le caratteristiche di prestazione del film plastico
Esaustività scheda tecnica	3	3	esaustiva la scheda tecnica presentata
Semplicità di utilizzo con riferimento al rischio di compromissione del risultato da parte dell'operatore	3	3	facile e sicuro l'utilizzo del dispositivo
Presenza di un sistema interpretativo del risultato	3	3	presente ed esaustivo il sistema interpretativo
Dispositivo di prova: semplicità di utilizzo, tempi di sostituzione in caso di guasto	3	3	semplice l'utilizzo del dispositivo di prova
Confezionamento	3	3	buono il confezionamento presentato ed esaustive le informazioni riportate sullo stesso
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	

