



Johnson & Johnson

MEDICAL S.P.A.



Spett.le
REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE
PALAZZO BALBI DORSODURO 3901
30123 - VENEZIA

Anticipata per fax
Segue raccomandata r.r.

Pratica di Mare, 23/09/2016

Prot. n. SC_429601_2016 (Citare nelle comunicazioni)

OGGETTO: Consultazioni di mercato. Gara per la fornitura di mezzi di sintesi in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto

Spett.le Amministrazione,
in relazione alla Vs Consultazione preliminare di mercato, la Scrivente Johnson & Johnson Medical S.p.a manifesta le seguenti osservazioni:

- per il Lotto 21 rif 2 segnaliamo che la caratteristica tecnica "lunghezza almeno da 280 a 420" identifica un unico possibile fornitore e limita di fatto la partecipazione alla gara. La specifica tecnica in questione risulta - a parere della Società scrivente - priva di una giustificazione plausibile sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista clinico e, per tale motivo, rappresenta un ostacolo "ingiustificato" all'apertura dell'affidamento del lotto in questione alla concorrenza, nel senso espressamente vietato dall'art. 68 del d.lgs. n. 50/2016.
Si fa presente che una possibile alternativa rispetto alla descrizione tecnica fornita, che garantirebbe la più ampia partecipazione, potrebbe essere "disponibile in varie lunghezze";
- In merito al riferimento 2 del lotto 23 "viti cefaliche diametro 6.5 mm circa e lunghezze fino a 120 mm circa" segnaliamo che, sulla base delle nostre conoscenze tecniche, non è possibile inserire viti cefaliche con un chiodo di tibia. Tale caratteristica tecnica sembrerebbe più appropriata con riferimento al lotto 22 dove è richiesto un chiodo di femore e per il quale si possono inserire le viti cefaliche;
- In relazione al lotto 26, analogamente a quanto indicato per il lotto 21, segnaliamo che la specifica tecnica "lunghezza almeno da 280 a 420", identificando un unico possibile fornitore limita di fatto la partecipazione alla gara. La specifica tecnica in questione risulta - a parere della Società scrivente - priva di una giustificazione plausibile sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista clinico e, per tale motivo, rappresenta un ostacolo "ingiustificato" all'apertura dell'affidamento del lotto in questione alla concorrenza, nel senso espressamente vietato dall'art. 68 del d.lgs. n. 50/2016. Segnaliamo quali possibili alternative: "disponibile in varie lunghezze";

Infine il riferimento 2 del lotto 28 "viti cefaliche diametro 6.5 mm circa e lunghezze fino a 120 mm circa" sembrerebbe più appropriato rispetto alla descrizione del lotto 27 e pertanto andrebbe riferito a quest'ultimo.

Con osservanza.

Johnson & Johnson Medical S.p.A.

Un Procuratore

(Annarita Ceccon nata a Roma il 30/06/1969)

REFERENTE PRATICA, Valeria Ponti - TEL. +39 06 91194054 - EMAIL vponti@its.jnj.com

UFFICIO GARE TEL 06/91194599 - Fax 06/91194270 - EMAIL ufficiogare@its.jnj.com - casella di posta certificata: johnsonejohnsonmedical@postecert.it