

Ilaria Rossato

Da: PEC <medcomtechitalia@pec.it>
Inviato: lunedì 26 settembre 2016 09:50
Oggetto: Osservazioni CONSULTAZIONE PRELIMINARE REGIONE VENETO - GARA PER LA FORNITURA DI MEZZI DI SINTESI

Gentile Regione del Veneto – U.O. Acquisti Centralizzati,

Vi scriviamo in merito alla Consultazione di mercato della GARA PER LA FORNITURA DI MEZZI DI SINTESI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO.

Queste le nostre considerazioni:

Lotto 6: sarebbe più corretto indicare le viti da 1.6 e non quelle da 1.5 visto che potrebbero rispondere un numero maggiore di concorrenti. Nel caso si volesse avere ancora maggiore concorrenza sarebbe opportuno indicare un range “da 1.5 a 1.6 mm”.

Lotto 9: anche in questo caso sarebbe meglio che ci fossero viti cannulate da 4.0 e da 6.5 nel riferimento 1 ed invece 2.4/3.0/4.0/6.5/7.3 nel riferimento 2. Ovviamente mettendo un “preferibilmente da” si risolverebbero i problemi di avere escluse ditte che non hanno magari una sola misura di viti.

Lotto da aggiungere: nei lotti relativi ai chiodi in acciaio sarebbe consigliabile inserire un lotto con la richiesta di un chiodo con rivestimento di cemento antibiotato per casi di fratture infette o pseudoartrosi settiche.

A disposizione per chiarimenti o informazioni aggiuntive.

Cordiali saluti,
MedcomTech Italia

Medcom Tech Italia Srl



www.medcomtech.it

Via Albert Einstein 3
20090 Assago (MI) - Italia
Tel. +39 02 9999 0101/02
Mob. +39 344 140 38 63
Fax +39 02 9999 0232
E-Mail: info@medcomtech.it
PEC: medcomtechitalia@pec.it

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
DIREZIONE CONTROLLI E GOVERNO SSR	
Data di arrivo	
Data registraz.	26 SET. 2016
Prot. N.	361112
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
CRAS	

Follow us on  



Le informazioni contenute in questa e-mail e gli eventuali allegati possono essere riservate e sono comunque destinate esclusivamente alle persone o agli enti sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso del destinatario è proibita. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di contattarci all'indirizzo e-mail di cui sopra o per telefono (+39 02 9999 0101) e di cancellarlo immediatamente. Grazie.