

**Da:** ufficiogare@pec.orthofix.it  
**Inviato:** venerdì 23 settembre 2016 17:09  
**A:** CRAS@pec.regione.veneto.it  
**Cc:** ufficiogare@orthofix.it; gianlucamurgia@orthofix.it; mdservice.snc@gmail.com; carlo.gaule@yahoo.it  
**Oggetto:** OSSERVAZIONE - GARA PER LA FORNITURA DI MEZZI DI SINTESI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLE REGIONE DEL VENETO  
**Allegati:** bozza capitolato tecnico OSTEOSINTESI.pdf

Buon pomeriggio,  
in seguito alla prossima indizione della gara regionale per la fornitura citata in oggetto, al fine di ammettere più aziende alla partecipazione della gara siamo ad inviare alcune osservazioni alla bozza di capitolato tecnico OSTEOSINTESI:

- Lotto 21 riferimento 1: Si chiede di limitare la dicitura "chiodo corto" ad una sola lunghezza. Misure di diverso tipo possono essere soddisfatte da chiodi di diverse misure non necessariamente denominati corti.
- Lotto 22: Si chiede di omettere la dicitura "scanalature longitudinali" nella parte di descrizione del lotto in quanto caratteristica limitante per la partecipazione da altri concorrenti
- Lotto 23: Si chiede di omettere la dicitura "scanalature longitudinali" nella parte di descrizione del lotto in quanto caratteristica limitante per la partecipazione da altri concorrenti
- Lotto 23 riferimento 2: Si chiede di togliere la dicitura "vite cefalica da 6,5mm" in quanto voce non congrua al chiodo endomidollare di tibia.  
Ad ogni modo, il diametro da 6,5mm è sproporzionato al tipo di impianto.
- Lotto 24 riferimento 4: Si chiede di ampliare la tolleranza fino ad un massimo di 5mm di incremento tra una misura e l'altra.
- Lotto 34 riferimento 1 e 2:  
si chiede di creare due lotti distinti di fissatori pediatrici e adulti e non di tenerli raggruppati in un unico lotto
- Lotto 36 riferimento 10: Si chiede di precisare meglio la dicitura "bussole"
- Lotto 37: Si chiede di eliminare la dicitura "base poliuso" nella parte di descrizione del lotto per consentire la partecipazione a più concorrenti
- Lotto 37 riferimento 10: Si chiede di precisare meglio la dicitura "bussole"

Rimaniamo a vs. disposizione per eventuali dettagli o informazioni.

Cordiali saluti

Orthofix Srl