

Agrate Brianza, 23/09/2016

Spett.le

REGIONE DEL VENTO

PALAZZO BALDI - DORSODURO 3901
PASSAGGIO GAUDENZIO, 1
35131 - PADOVA

C.C. Economato/Provveditorato

Oggetto: GARA PER LA FORNITURA DI MEZZI DI SINTESI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO – CONSULTAZIONI DI MERCATO

In riferimento a quanto indicato in oggetto, riportiamo le nostre osservazioni riferite alla bozza di Capitolato Tecnico Osteosintesi:

| OSSERVAZIONI CAPITOLATO TECNICO OSTEOSINTESI | |
|--|--|
| Lt 9 | Risulta essere troppo restrittivo richiedere nello stesso lotto viti cannulate standard e viti cannulate a testa filettate (tipo Herbert) che hanno anche indicazioni differenti. Con un lotto di questo tipo solo 1 azienda sarebbe in grado di fare un offerta unitaria. La suddivisione in due lotti differenti, viste le indicazioni delle due tipologie non completamente sovrapponibili, porterebbe una maggiore concorrenza e un confronto più concorrenziale tra diverse aziende, a vantaggio dell'amministrazione. |
| Lt 10 | La suddivisione del lotto 10 in 29 riferimenti specifici, rende la possibilità di rispondere per la maggior parte delle aziende, impossibile. Si chiede di valutare la possibilità di suddividere il lotti in diversi lotti in base al distretto anatomico perchè non sussiste nessun vantaggio clinico ed economico nel proporre un unico lotto complessivo e così strutturato. La suddivisione in diversi lotti porterebbe ad avere un confronto sia economico sia tecnico, più ampio permettendo la partecipazione di più azienda e ad conseguente aumento della concorrenza. |
| Lt 11 | L'indicazione della misura di lunghezza da superare, riduce drasticamente le aziende in grado di soddisfare i requisiti richieste. Si richiede di accettare una tolleranza di discostamento delle misure richieste, in quanto definire una misura precisa o un limite definito non comporta nessuna vantaggio clinico comprovato per il paziente. |
| Lt 18 | Risulta essere troppo restrittivo richiedere nello stesso lotto viti cannulate standard e viti cannulate a testa filettate (tipo Herbert) che hanno anche indicazioni differenti. Con un lotto di questo tipo solo 1 azienda sarebbe in grado di fare un offerta unitaria. La suddivisione in due lotti differenti, viste le indicazioni delle due tipologie non completamente sovrapponibili, porterebbe una maggiore concorrenza e un confronto più concorrenziale tra diverse aziende, a vantaggio dell'amministrazione. |
| Lt 22- 23 | La caratteristica di presenza di scanalature longitudinale, rende idonea a partecipare a questo lotto, un unica azienda. Si tratta di una caratteristiche troppo restrittiva per permettere l'offerta di un numero congruo di azienda per ottenere un confronto reale tra i prodotti disponibili sul mercato. Inoltre, tale caratteristica non offre un evidente vantaggio clinico comprovato in letteratura scientifica. |
| Lt 22- 23 | Si richiede di indicare una tollerabilità di scostamento dalle misure richieste, in modo da non essere così specifici e limitare la possibilità di rispondere a questo lotto solo ad 1 azienda o poche aziende. Richiedere una misura specifica, non comporta alcun vantaggio clinico evidente per il paziente. |

| | |
|-------|---|
| Lt 24 | Si richiede di indicare una tollerabilità di scostamento dalle misure richieste, in modo da non essere così specifici e limitare la possibilità di rispondere a questo lotto solo ad 1 azienda o poche aziende. Richiedere una misura specifica non comporta alcun vantaggio clinico evidente per il paziente. |
| Lt 24 | Si richiede di rendere generico il riferimento 5 per permettere a diverse aziende di rispondere a questo lotto |
| Lt 34 | La suddivisione del lotto 34 in 7 riferimenti specifici, riduce la possibilità delle aziende di presentare offerta. Il mercato della fissazione esterna è composto da differenti player che hanno a catalogo fissatori di ottima qualità che sono in grado di partecipare solo ad alcuni dei riferimenti da voi indicati. Dividere questo lotto in più lotti separati, specifici per area anatomica o per tipo di fissatore, permetterebbe un confronto tra più prodotti e una maggiore concorrenza a tutto vantaggio dell'amministrazione ospedaliera. |

Eventuali comunicazioni potranno essere inoltrate a Ufficio Gare Smith & Nephew:


Fax: 039 6094424; 039 6094303

Mail: milan-gare@smith-nephew.com

PEC: smith.nephew.asdtender@pec.it

Distinti saluti

Smith & Nephew s.r.l.



Ing. Marco Colciago

Un Procuratore