



ZIMMER BIOMET

Your progress. Our promise.™

Spett.le

REGIONE DEL VENETO
Passaggio Gaudenzio 1
PADOVA PD

CRAS@pec.regione.veneto.it

San Donato Milanese (MI), 22/09/2016
AC/mf – P. 051055

**OGGETTO: CONSULTAZIONE DI MERCATO – GARA PER LA FORNITURA DI MEZZI DI SINTESI IN
FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO.**

OSSERVAZIONI ALLA BOZZA DEL CAPITOLATO TECNICO OSTEOSINTESI.

Facendo seguito al Vs. invito in oggetto, qui di seguito Vi indichiamo le ns. osservazioni al Capitolato Tecnico di Osteosintesi.

- **Lotto 1** – Al fine di garantire una più ampia partecipazione degli Operatori Economici presenti sul mercato, si reputa necessaria la possibilità di:
 - prevedere la **predisposizione di Lotti specifici** per distretti anatomici presenti esclusivamente in alcuni riferimenti del Lotto 1 e non già previsti da lotti specifici (lotti 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8), in particolare relativamente a:
 - **placche per fratture tibia prossimale / distale** (aggregazione dei Rif. 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 e relative viti)
 - **placche per fratture femore distale** (presente nel Rif. 12) eventualmente da integrare nel Lotto 8 (femore prossimale)
 - alternativamente prevedere una **aggiudicazione per singolo riferimento** (contemplando, per motivi di compatibilità, le viti all'interno dei riferimenti delle placche);
- **Lotto 10** – Al fine di garantire una più ampia partecipazione degli Operatori Economici presenti sul mercato, si reputa necessaria la possibilità di:
 - prevedere la **predisposizione di Lotti specifici** per distretti anatomici presenti esclusivamente in alcuni riferimenti del Lotto 10 e non già previsti da lotti specifici (lotti 11 – 12 – 13 – 15 – 16 - 17), in particolare relativamente a:
 - **placche per fratture tibia prossimale / distale** (aggregazione dei Rif. 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 e relative viti)
 - **placche per fratture femore distale** (presente nel Rif. 12) eventualmente da integrare nel Lotto 17 (femore prossimale)
 - alternativamente prevedere una **aggiudicazione per singolo riferimento** (contemplando, per motivi di compatibilità, le viti all'interno dei riferimenti delle placche);
- **Lotto 5** – Si chiede di integrare il lotto, o proporre uno alternativo, con ulteriori tipologie di placche, a copertura di altri distretti (femore distale), e caratteristiche in quanto permetterebbe l'offerta di sistemi già in dotazione a livello regionale che diversamente verrebbero esclusi in quanto non tenuti

Zimmer Biomet Italia S.r.l. - Società posseduta da un unico Socio

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Zimmer Inc. (USA)

Via Milano, 6 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Tel. 02 51626.1 - Fax 02 51626.861 - www.zimmerbiomet.it

Cod. Fisc. e Part. IVA IT09012850153 - Trib. 09012850153 - R.E.A. Milano 1263234 - Cap Soc. € 10.400 i.v.



ZIMMER BIOMET

Your progress. Our promise.™

in considerazione. Si allega, a tal proposito, documentazione tecnica (brochure e tecnica chirurgica) del ns. Sistema di Placche Femorali Periprotetische NCB;

- **Lotto 16** – Relativamente alla chirurgia pelvica, parliamo di sistemi che non necessitano o per cui la stabilità angolare risulta essere ininfluente. A questo proposito si richiede venga considerata come "opzionale";
- **Lotto 21 Rif.1** – La richiesta di almeno 2 lunghezze è vincolante e riconducibile solo a pochi e specifici Operatori Economici presenti sul mercato. Si richiede di renderlo opzione facoltativa e non vincolante oppure di creare un lotto più generico che non presenti tale vincolo;
- **Lotto 22 Rif.2** – La richiesta di un unico chiodo che possa permettere entrambi gli accessi (anterograde e retrograde) è vincolante e riconducibile solo a pochi e specifici Operatori Economici presenti sul mercato. Si richiede di renderlo opzione facoltativa e non vincolante oppure di creare un lotto più generico che non presenti tale vincolo;

- **Lotto 23**

Rif.1B – La richiesta di bloccaggio multiplanare su 3 diversi piani rende il sistema specifico e vincolante;

Rif.2 – Riferimento ritenuto "anormale" in quanto si parla di viti cefaliche (?), terminologia applicata a livello del femore prossimale per indicare la testa;

- **Lotti 34** – Si richiede la suddivisione in lotti specifici per fissatori monolaterali, ibridi, articolati, pelvico
- **Rif.2** – Si richiede la stesura di un lotto specifico aggiuntivo per trattamento pazienti pediatrici, in modo da scindere la fornitura di fissatori per pazienti adulti;
- **Lotto 35** – Si richiede la suddivisione in lotti specifici per fissatori ibridi, articolati, metadiafisari;
- **Si segnala la mancanza** di un lotto per sistemi a stabilità angolare poliaassiale con possibilità di vite a stabilità angolare dinamica, come attualmente in utilizzo presso le strutture regionali;
- **Si segnala la mancanza** di un lotto dedicato alla chirurgia del piede: placche;
- **Si segnala la mancanza** di un lotto dedicato alla chirurgia del piede: viti;
- **Si segnala la mancanza** di un lotto dedicato al sistema di fissazione esterna temporanea barra-morsetto;

Si ritiene inoltre utile la costituzione di un tavolo tecnico tra Aziende e la commissione tecnica per poter meglio discutere di quanto sopra descritto.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porghiamo distinti saluti.

In fede.

Zimmer Biomet Italia S.r.l.

Il Procuratore

Alessandro Carzaniga

Zimmer Biomet Italia S.r.l. - Società posseduta da un unico Socio.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Zimmer Inc. (USA)

Via Milano, 6 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Tel. 02 51626.1 - Fax 02 51626.861 - www.zimmerbiomet.it

Cod. Fisc. e Part. IVA IT09012850153 - Trib. 09012850153 - R.E.A. Milano 1263234 - Cap Soc. € 10.400 i.v.