



Santex S.p.A
Medicazione,
Ortopedia,
Incontinenza

www.santex.it
Cap. Soc. € 7.280.000,00
Cod. fisc. e P. IVA 00860580158
Reg. Imp. MI 00860580158

Stabilimenti e uffici commerciali:

36040 Sarego (VI) - Via Massina, 10
Tel. +39 0444 726311 - Fax +39 0444 436397

Sede legale e amministrativa:

20121 Milano - Via S. Giovanni sul Moro, 1
Tel. + 39 02 85917711 - Fax. + 39 02 86463407

Sarego, 02/09/2016

Spett.le
Regione del Veneto
COORDINAMENTO REGIONALE
ACQUISTI PER LA SANITÀ
Passaggio Gaudenzio n. 1

35131 PADOVA

DS/es

Alla C.A. dell'Avv. NICOLA DE CONTI

OGGETTO: Gara per la fornitura di materiale per ortopedia in fabbisogno alle
Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.

- **Osservazioni consultazione di preliminare di mercato**

Con riferimento alla gara in oggetto ed alla consultazione preliminare di mercato del 13/09/2016 alle ore 10.30, siamo cortesemente ad anticipare in forma scritta le ns osservazioni. Nel dettaglio:

CAPITOLATO TECNICO

- 1) Lotto n. 2 "reti tubolari elasticizzate".
 - A pagina 1 della bozza di Capitolato Tecnico scrivete che *"... tutti i prodotti devono essere latex free ..."*: siamo cortesemente a chiedere che ciò non sia obbligatorio per il dispositivo di questo lotto, in quanto di norma presente sul mercato nazionale con lattice.
 - Indicate *"... lunghezza da m 25 (m 50 tesa) ..."*. Tuttavia la lunghezza da m 25 è espressa già in tensione, e quindi non può essere da m 50 tesa. Oppure intendete che per alcune misure la lunghezza deve essere da m 25 (tesa) e per altri da m 50 (sempre in tensione)?
 - Chiediamo altresì che il numero di pezzi massimo indicato (n. 20) sia indicativo e che possano essere previsti anche confezionamenti contenenti un numero di pezzi diverso.



Santex S.p.A
Medicazione,
Ortopedia,
Incontinenza

www.santex.it
Cap. Soc. € 7.280.000,00
Cod. fisc. e P. IVA 00860580158
Reg. Imp. Mi 00860580158

Stabilimenti e uffici commerciali:

36040 Sarego (VI) - Via Massina, 10
Tel. +39 0444 726311 - Fax +39 0444 436397

Sede legale e amministrativa:

20121 Milano - Via S. Giovanni sul Muro, 1
Tel. + 39 02 85917711 - Fax. + 39 02 86463407

- 2) Lotto n. 6 "ovatta per ortopedia in fibra sintetica".
- Si scrive: *"... in rotoli di lunghezza non inferiore a 3 metri ($\pm 20\%$) ..."*.
Delle due l'una: o i rotoli non devono essere di lunghezza inferiore a 3 metri, o la tolleranza può essere anche del -20%. Cosa va considerato?
Evidenziamo inoltre che il 20% corrisponde a 60 cm (che diventano 120 cm se si considera sia la tolleranza sia in difetto che in eccesso) e ci appare esagerato, in quanto prevede una variabilità piuttosto sensibile nelle misure del prodotto.
 - La tolleranza è relativa anche alle misure in altezza oppure no?
- 3) Lotto n. 7 "maglie tubolari in cotone".
- La tolleranza del $\pm 20\%$ sulle misure a riposo ci appare esagerata; ad esempio, se consideriamo l'altezza di 30 cm e la tolleranza indicata, si arriva alla misura di 24 cm, che è tra l'altro già da Voi prevista.
 - Inoltre, richiedete come unità di misura il rotolo da m. 20; evidenziamo tuttavia che il mercato nazionale esprime di prassi, per questa tipologia di dispositivo medico, il kg.
- 4) Lotto n. 9 "bende in gesso naturale a presa normale (5-10 minuti)".
- Siamo cortesemente a chiedere che il tempo di presa possa essere considerato anche di 7-12 minuti, lo standard per questa tipologia di bende gessate.
 - Viene richiesto di specificare la percentuale per cm^2 di gesso; si intende la percentuale in peso di gesso rispetto alla garza? Evidenziamo che solitamente viene domandato di indicare i gr/mq di gesso applicato.
- 5) Lotto n. 10 "bende in gesso naturale a presa rapida (3-4 minuti)".
- Viene richiesto di specificare la percentuale per cm^2 di gesso; si intende la percentuale in peso di gesso rispetto alla garza? Evidenziamo che solitamente viene domandato di indicare i gr/mq di gesso applicato.
 - Viene richiesta la confezione primaria *"... solo con carta ..."*. Si precisa che anche la confezione primaria deve preservare il prodotto dall'umidità e pertanto solitamente tali bende sono racchiuse in confezioni impermeabili in cellophane, film in polietilene o carta politenata. Chiediamo possano essere accettate anche queste altre tipologie di confezioni.



Santex S.p.A
Medicazione,
Ortopedia,
Incontinenza

www.santex.it
Cap. Soc. € 7.280.000,00
Cod. fisc. e P. IVA 00860580158
Reg. Imp. Mi 00860580158

Stabilimenti e uffici commerciali:
36040 Sarego (VI) - Via Massina, 10
Tel. +39 0444 726311 - Fax +39 0444 436397

Sede legale e amministrativa:
20121 Milano - Via S. Giovanni sul Muro, 1
Tel. + 39 02 85917211 - Fax. + 39 02 86463407

- 6) Lotto n. 11 stecche in gesso naturale a presa rapida (3-4 minuti).
- Viene richiesto di specificare la percentuale per cm² di gesso; si intende la percentuale in peso di gesso rispetto alla garza? Evidenziamo che solitamente viene domandato di indicare i gr/mq di gesso applicato.
 - Considerando il peso elevato delle confezioni riteniamo che un quantitativo di massimo 10 stecche sia eccessivo; per questo, consigliamo che il quantitativo massimo sia da 5 pezzi.

Cogliamo l'occasione per porgere i ns migliori saluti.

SANTEX S.p.A.
Un Procuratore
(Davide Sacco)

Fax ufficio gare: 0444/726391 – tel. ufficio gare 0444/726327-28-29-30
e-mail ufficio gare: santex@santex.it – ufficiogare@cert.santex.it

